

Калибратор набора Медь (Cu)

Кат.№: EGC-CU

№ лота: 22-0508

Срок годности: 08/2023

Объем: 1 × 1 мл

Назначение

Данный продукт предназначен для использования в in-vitro диагностике для калибровки набора Медь.

Хранение и стабильность

Калибратор стабилен вплоть до истечения срока годности, указанного на флаконе, при хранении при температуре 2-8°C.

Подготовка к использованию

Калибратор поставляется готовым к применению.

Значение стандарта

Кат.№	Значение
EGC-CU	29.8 мкмоль/л