

Контрольная сыворотка для определения ретинол-связывающего белка

ОПИСАНИЕ

Кат. №	EGQ-RBP/S
Лот №	13-1120
Срок годности	08/2015
Упаковка	1×1 мл
Тип реагента	Жидкость

НАЗНАЧЕНИЕ

Контрольный набор для определения ретинол-связывающего белка (RBP/S), используемый только для диагностики *in vitro*.

ГОТОВНОСТЬ РЕАГЕНТА

Жидкий реагент, готов к использованию.

ХРАНЕНИЕ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Неоткрытый реагент стабилен вплоть до окончания срока годности при хранении в защищенном от света месте при температуре 2-8 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Реагент содержит консервант опасный для кожи и слизистой. Консервант может вступать в реакцию со свинцом или медью с образованием потенциально взрывоопасных продуктов, с ним следует обращаться осторожно.

КОНЦЕНТРАЦИЯ

Наименование	Контрольное значение и диапазон (мг/л)
EGQ-RBP/S	100.1±15.1