



МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО  
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И  
МЕТРОЛОГИИ  
(Росстандарт)**

Ленинский просп., д. 9, Москва В-49, ГСП-1, 119991

Тел: (499) 236-03-00; факс: (499) 236-62-31

E-mail: [info@gost.ru](mailto:info@gost.ru)

<http://www.gost.ru>

ОКПО 00091089, ОГРН 1047706034232

ИНН/ КПП 7706406291/770601001

Директору  
ООО «МО «Отдел  
медицинской техники»  
А.Ю. Цикину

620146, г. Екатеринбург,  
ул. Ясная, д. 35

10.06.2015 № 120-36/2297

На № \_\_\_\_\_


Управление метрологии рассмотрело Ваше обращение от 28 мая 2015 г. № 151 и сообщает следующее.

Отнесенные ранее или в настоящее время к средствам измерений гематологические анализаторы не подпадают под перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений (в области здравоохранения), утвержденный приказом Минздрава России от 21 февраля 2014 г. № 81н и могут подвергаться испытаниям в целях утверждения типа средств измерений и первичной поверке в добровольном порядке в соответствии с Приказом Минпромторга России от 25 июня 2013 г. № 970 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по утверждению типа стандартных образцов или типа средств измерений».

И.о. начальника Управления метрологии

Р.А. Родин

Исп.: Л.Б. Гериева  
495-959-86-92



Вх. № 246  
25.05.15г.