

Руководство по эксплуатации

Автоматический
Биохимический анализатор

AS-480

Предисловие

Благодарим вас за приобретение автоматического биохимического анализатора производства нашей компании.

Данное руководство знакомит с техникой безопасности и правильным использованием автоматического биохимического анализатора, внимательно прочтите его перед использованием.

Название продукта: Автоматический биохимический анализатор Тип / модель: AS-480

Область применения: Количественный анализ клинических химических компонентов в сыворотке, плазме, моче, спинномозговой жидкости и других образцах.

Производитель: E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd.

Тел.: +86-025-83269256 **Факс:** +86-025-83269255

Адрес: Building 9, No. 1 Kechuang Road, Yaohua Street, Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, 210046, China

Отдел обслуживания клиентов: E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd. Tel: +86-025-83269256 Fax: +86-025-83269255

Меры предосторожности при использовании данного руководства

- Перед использованием автоматического биохимического анализатора, пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и ознакомьтесь с соответствующими инструкциями по эксплуатации.
- Без разрешения нельзя копировать и дублировать какие-либо главы руководства.
- Пожалуйста, храните данное руководство надлежащим образом для удобства использования.

Для кого и для чего предназначено это руководство:

Данное руководство написано для специалистов клинических лабораторий и объясняет, как пользоваться автоматическим биохимическим анализатором.

• Целевой пользователь:

Люди, прошедшие профессиональную подготовку, могут ознакомиться с данным руководством пользователя, чтобы узнать больше информации об анализаторе. Необходимо внимательно прочитать его перед использованием.

• Цель:

Помочь пользователю хорошо разобраться в работе анализатора и грамотно управлять прибором.

Обозначения безопасности, используемые в данном руководстве

Убедитесь, что вы хорошо понимаете приведенные ниже знаки, это важно для вас!

Символ



Warning

Описание

Этот знак предупреждает вас о том, что неправильная операция может привести к серьезным травмам



Caution

Этот знак предупреждает вас о том, что место обозначения требует повышенного внимания при работе.



NOTE

Этот знак предупреждает вас о некоторой важной информации, которая требует вашего внимания.



Biohazard

Этот знак предупреждает вас о том, что это может привести к потенциально-биологически опасному состоянию.

Символы, используемые в данном руководстве

В приведенном ниже списке показаны символы, которые используются в анализаторе.



Серийный номер анализатора



Биологическая опасность: риск потенциального биологического заражения



Вкл. (Главный выключатель)



Выкл. (Главный выключатель)



Переменный ток



Инвитро диагностика



Дата производства



Производитель



Срок использования



Ограничения по температуре




Ограничения по атмосферному давлению



Ограничения по влажности



Подлежит утилизации согласно местным правилам



Авторизированный представитель в Европейском Союзе

Гарантия:

Анализатор предназначен только для профессионального использования.

Гарантия 1 год с даты покупки, за исключением приведенных ниже условий:

- Ущерб, причиненный стихийными бедствиями, такими как наводнение, пожар и т.д.
- Неправильные действия оператора.
- Использование неверных расходных материалов и аксессуаров.
- Причина повреждения – самостоятельное вскрытие или ремонт анализатора без разрешения производителя/представителя производителя.
- Причина повреждения - использование сильнодействующих коррозионных материалов.
- Сбой программного обеспечения по причине неправильной эксплуатации.

Содержание

Предисловие.....	2
Меры предосторожности при использовании данного руководства.....	2
Для кого и для чего предназначено данное руководство.....	2
Символы, используемые в данном руководстве.....	3
Гарантия.....	3
Содержание.....	4
1. Указания по технике безопасности и условия установки.....	6
1.1. Меры предосторожности.....	6
1.2. Условия окружающей среды при установке.....	6
1.3. Схема установки анализатора.....	8
1.4. Требования к электропитанию.....	9
1.5. Требования к воде.....	10
2. Описание системы.....	10
2.1. Краткое описание функций.....	10
2.2. Структура анализатора.....	10
2.2.1. Ротор для реагентов.....	10
2.2.2. Ротор для образцов.....	10
2.2.3. Реакционный диск.....	11
2.3. Технические параметры.....	11
3. Установка.....	11
3.1. Распаковка.....	11
3.2. Подключение.....	11
4. Установка и удаление ПО.....	12
4.1. Требования к конфигурации компьютера.....	12
4.1.1. Конфигурация компьютера.....	12
4.1.2. Требования к Операционной системе.....	12
4.2. Процедура установки программного обеспечения.....	13
4.3. Процедура удаления программного обеспечения.....	13
4.4. Резервное копирование данных.....	13
5. Основные операции.....	14
5.1. Последовательность операций.....	14
5.2. Подготовка к измерениям.....	15
5.2.1. Подготовка перед включением.....	15
5.2.2. Настройка IP адреса.....	15
5.2.3. Включение питания.....	15
5.2.4. Запуск ПО.....	16
5.2.5. Настройка анализатора.....	17
5.2.6. Приготовление реагентов.....	17
5.2.7. Заполнение гидравлической системы.....	17
5.3. Запуск измерений.....	18
5.3.1. Программирование калибраторов.....	18
5.3.2. Программирование КК/QC.....	18
5.3.3. Регистрация образцов.....	19
5.3.4. Редактирование результатов.....	19
5.3.5. Печать отчетов.....	19
5.4. Завершение анализа.....	19
5.4.1. Выключение питания.....	19
5.4.2. Проверка.....	19
6. Расширенная эксплуатация.....	20
6.1. Методы.....	20
6.1.1. Настройки метода.....	20
6.1.2. Статус реагента.....	26
6.2. Тесты.....	28
6.2.1. Регистрация пробы.....	28
6.2.2. Результаты пробы.....	31
6.2.3. Результат измерения.....	32
6.3. Калибровка.....	33
6.3.1. Регистрация калибровки.....	33
6.3.2. Результат калибровки.....	34
6.4. Контроль качества.....	35
6.4.1. Регистрация контроля качества.....	35
6.4.2. Ежедневный контроль качества.....	36

6.4.3.	Контроль качества по дням	38
6.4.4.	Сводка контроля качества	39
6.4.5.	Настройки контроля качества	40
6.5.	Техобслуживание	41
6.5.1.	Обслуживание узлов	41
6.5.2.	Журнал техобслуживания	43
6.6.	Настройка системы	44
6.6.1.	Настройка профиля	44
6.6.2.	Расчетный тест	45
6.6.3.	Печать результатов	46
6.6.4.	Словарь	47
6.6.5.	Специальная промывка	48
6.6.6.	Настройка пользователя	49
6.6.7.	Формат отчета	50
6.6.8.	Порядок тестов	51
6.6.9.	ЛИС	52
6.7.	Условие запуска	53
6.8.	Остановка дозирования и остановка измерений	54
6.9.	Статус	54
6.9.1.	Статус образца	54
6.9.2.	Статус реагента	56
6.9.3.	Статус реакции	57
6.9.4.	Статус бланка кювет	58
6.10.	Сигналы ошибок	59
6.11.	Выключение	59
6.12.	Выход из системы	60
6.13.	Информация о версии ПО	60
7.	Сервис и техническое обслуживание	61
7.1.	Выполнение продувки воздухом	61
7.2.	Проверка шприца	61
7.3.	Дозатор для отбора проб и зонд для реагентов	62
7.4.	Реакционный диск	62
7.5.	Лопатка миксера	63
7.6.	Ротор реагентов и образцов	63
7.7.	Поверхность прибора	63
8.	Поиск и устранение неисправностей	64
8.1.	Замена деталей	65
8.2.	Проявление неисправностей и их устранение	65
8.2.1.	Замена лампы	66
8.2.2.	Замена иглы дозатора	67
8.2.3.	Замена реакционной кюветы	67
8.2.4.	Замена предохранителя	67
8.3.	Перечень деталей, поставляемых производителем	68
8.4.	Список приборов и компонентов для ТО прибора	68
8.5.	Список инструментов	69
9.	Транспортировка и хранение	70
9.1.	Транспортировка	70
9.2.	Хранение	70
10.	Приложение 1 Метод расчета	71
10.1.	1 точечная конечная точка	71
10.2.	2-х точечная конечная точка	71
10.3.	Фиксированное время	72
10.4.	Кинетический метод	73
11.	Приложение 2 Тип калибровки	75
11.1.	Линейный 1 точ. метод	75
11.2.	Линейный 2-х точечный метод	76
11.3.	Линейный многоточечный	76
11.4.	Линейный график	77
11.5.	Logit-модель-Log 3P	78
11.6.	Logit-модель-Log 4P	79
11.7.	Logit-модель-Log 5P	79
11.8.	Экспоненциальный	80
11.9.	Сплайн	81

1. Указания по технике безопасности и условия установки

1.1. Меры предосторожности:

В целях безопасности и эффективного использования, пожалуйста, соблюдайте следующие условия.

Предотвращение поломки и воспламеняемости

1.2. Условия окружающей среды при установке



Внимание:

- Анализатор должен быть установлен в правильном месте и в надлежащих условиях, см. Руководство пользователя.
- Анализатор должен быть установлен в подходящей среде, пожалуйста, сначала обратитесь в службу технической поддержки.
- Запрещается откручивать какие-либо винты и крепежные элементы на задней панели устройства во время работы прибора.
- Перед началом работы, пожалуйста, закройте защитную крышку и не открывайте его во время работы.
- Инструмент для снятия защитных панелей прибора и/или корпуса, должен храниться в отделе управления оборудованием.
- Анализатор должен использоваться при условии хорошего заземления и должен иметь независимый источник питания, входное напряжение должно соответствовать требованиям прибора.
- Не прикасайтесь к источнику питания мокрыми руками, в противном случае существует опасность поражения электрическим током.
- Не сгибайте, не скручивайте, не тяните за провода и кабели, а если провода и кабели повреждены, не используйте их.
- Непрофессиональный ремонтный персонал не должен открывать заднюю и боковую крышки.
- При попадании жидкости внутрь прибора или утечке из внутренних трубок, пожалуйста, немедленно отключите источник питания и незамедлительно обратитесь в службу сервисной поддержки.
- Когда прибор работает, не прикасайтесь к пробоотборнику, перемешивающему устройству и другим движущимся частям. Не прикасайтесь руками к открытым деталям, в противном случае повреждение может привести к физической травме или повреждению инструмента.
- При замене источника света отключите питание и подождите, пока источник света остынет.
- Регулярное техническое обслуживание прибора должно осуществляться в строгом соответствии с Руководством пользователя, в противном случае это может привести к неисправности прибора или повлиять на точность работы прибора.
- Обеспечьте использование автоматического биохимического анализатора в условиях, указанных в руководстве пользователя; если эти условия не соблюдаются, прибор может работать неправильно, результаты измерений будут ненадежными и могут привести к повреждению компонентов прибора.
- Не используйте рядом с прибором опасные горючие материалы.

- Чтобы избежать неисправности, вызванной перемещением анализатора, пожалуйста, обратитесь в отдел сервисного обслуживания.
- Пожалуйста, используйте оборудование способом, указанным производителем в данном Руководстве по эксплуатации, в противном случае защита, обеспечиваемая оборудованием, может быть нарушена.
- Используйте сетевой шнур питания только от производителя. Запрещается использовать сетевой шнур с ненадлежащим номиналом.

Предотвращение заражения



Биологическая опасность

- Неправильное обращение с образцами пациента может привести к биологически опасной инфекции. Не прикасайтесь к тестируемому образцу, наденьте перчатки, лабораторный халат и, при необходимости, защитные очки.
- В случае контакта вашей кожи с тестируемым образцом или отработанными жидкостями, следуйте стандартной процедуре лабораторной безопасности и, при необходимости проконсультируйтесь с врачом.
- Утилизируйте образцы пациентов в соответствии с местными правилами, дезинфекции, а затем безвредной обработки.
- Предотвращение травм, вызванных источником света



Внимание

- Свет, излучаемый лампой, может повредить вашим глазам. Не смотрите на лампу, когда прибор работает.
- Если вы хотите заменить лампу, сначала выключите основное питание, а затем подождите не менее 15 минут, пока лампа остынет, прежде чем прикасаться к ней. Не прикасайтесь к лампе до тех пор, пока она не остынет, иначе вы можете обжечься.

Меры предосторожности при использовании

Для получения наилучших результатов тестирования, пожалуйста, соблюдайте нижеследующие условия:

Примечание:

- Пожалуйста, не двигайте анализатор и не прикасайтесь к прибору, когда он работает; в противном случае это повлияет на результат теста.
- Контроль качества необходим для проверки того, находится машина в хорошем рабочем состоянии или нет.
- Ежедневное техническое обслуживание очень важно. Нестабильные результаты измерений и короткий срок службы чаще всего являются причиной небрежности.
- Используйте калибратор, контрольные материалы и реагенты в пределах срока годности, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией к ним.
- Объемы пробы и реагентов, скорректированное значение длин волн и время инкубации должны соответствовать инструкции к наборам реагентов, калибраторам или контрольным материалам.
- При любых сомнениях в эксплуатации, пожалуйста, сначала прочтите руководство пользователя.

- Недопустимо использование образцов с фибрином, примесями и другими нерастворимыми веществами.

Среда установки



Внимание:

Убедитесь, что прибор установлен в месте, отвечающем нижеследующим требованиям. В противном случае возможны сбои в работе, неверные результаты и поломки.

Условия окружающей среды при установке:

- Прибор предназначен только для использования внутри помещений.
- Несущая платформа должна быть ровной (уклон менее 1/200).
- Грузоподъемность несущей платформы должна составлять более 200 кг.
- Несущая платформа не должна быть подвержена вибрации.
- Место установки должно хорошо проветриваться.



Внимание

- Во время работы прибор излучает тепло. Хорошо проветриваемая среда помогает поддерживать стабильную температуру в помещении. При необходимости используйте вентиляционное оборудование.
- Место установки должно быть максимально очищено от пыли.
- Место установки не должно находиться под прямыми солнечными лучами.
- Площадка не должна находиться рядом с источником тепла или сквозняка.
- Место установки не должно содержать агрессивных и легковоспламеняющихся газов.
- На объекте не должно быть помех из-за сильного шума или сильноточных потребителей электроэнергии.
- Прибор не следует размещать вблизи щеточных двигателей и электрических контактов, которые часто включаются и выключаются.
- Не используйте вблизи прибора такие устройства, как мобильные телефоны или радиопередатчики. Электромагнитные волны, генерируемые этими устройствами, могут создавать помехи в работе прибора.
- Высота над уровнем моря в месте установки должна быть не более 2000 метров.



Внимание:

Оборудование, подключенное к интерфейсам анализатора, например, компьютер, должно соответствовать требованиям действующего протокола IEC 60950-1 или EN 60950 1.



Внимание:

Автоматический биохимический анализатор и компьютер, не должны быть подключены к одной розетке питания с принтером.

Не включайте лазерный принтер в Источник Бесперебойного питания!

Условия температуры, влажности и атмосферного давления:

- Ограничение температуры: 10°C~30°C, с колебанием менее $\pm 2^\circ\text{C}/\text{час}$.
- Ограничение влажности: 30%ОВ - 80% ОВ, без конденсации.
- Атмосферное ограничение: 86КПа~106 КПа.




Внимание:

Эксплуатация прибора в условиях, отличных от указанных, может привести к недостоверным результатам измерений.

Если температура или относительная влажность не соответствуют вышеуказанным требованиям, обязательно используйте оборудование для кондиционирования воздуха.

1.3. Схема установки анализатора



Предупреждение:

Сетевой штекер или соединитель для электроприбора предназначен для использования в качестве устройства изоляции от питающей сети. Пожалуйста, всегда следите за тем, чтобы сетевая вилка или соединительный элемент прибора были удобны в эксплуатации.

Описание системы

Краткое описание функций:

Прибор представляет собой автоматический биохимический анализатор для диагностики *in vitro* в клинических лабораториях и предназначен для количественного определения клинических аналитов *in vitro*, в образцах сыворотки, плазмы, мочи или спинномозговой жидкости.



Внимание:

Некоторые образцы не могут тестироваться на анализаторе на основе параметров, указанных, как возможные для измерения, с использованием конкретных реагентов. За подробной информацией обратитесь к производителю или дистрибьютору реагентов.

1.4. Требования к электропитанию

- Питание: AC 230В, 50Гц (AS-480-1); AC 110В, 50/60Гц (AS-480-2).
- Мощность: 1000ВА.
- Расстояние между розеткой питания и прибором должно быть менее 2,5 метров



Внимание:

Во избежание удара электрическим током данное оборудование должно подключаться к питающей сети только с защитным заземлением.



Внимание:

Сетевой штекер или соединитель для электроприбора предназначен для использования в качестве устройства изоляции от питающей сети. Всегда следите за тем, чтобы сетевая вилка или соединительный кабель прибора были надёжны в эксплуатации.

1.5. Требования к воде

Дистиллированная/деионизированная вода: электропроводность не более 1 мкс/см

2. Описание системы

2.1. Краткое описание функций:

Прибор представляет собой автоматический биохимический анализатор для диагностики *in vitro* в клинических лабораториях и предназначен для количественного определения клинических аналитов *in vitro*, в образцах сыворотки, плазмы, мочи или спинномозговой жидкости.



Внимание:

Некоторые образцы не могут тестироваться на анализаторе на основе параметров, указанных, как возможные для измерения, с использованием конкретных реагентов. За подробной информацией обратитесь к производителю или дистрибьютору реагентов.

2.2. Структура анализатора

2.2.1. Ротор для реагентов:

- Наружное кольцо 20 мл, внутреннее кольцо 70 мл;
- Всего позиций для реагентов: 90
- Система охлаждения реагентов позволяет сохранять температуру около 8° С при комнатной температуре 25 °С в течение 24 часов.

2.2.2. Ротор для образцов

На диске для образцов имеется 3 круга по 40 позиций для образцов, всего 120 позиций.

2.2.3. Реакционный диск

Реакционный диск представляет собой одинарный круг, содержащий в общей сложности 90 пластиковых кювет, длина светового пути составляет 6 мм.

- Реакционный объем: 150 мкл. ~330 мкл;
- Автоматическая очистка реакционной кюветы: автоматическая очистка и осушение реакционной кюветы в конце каждого теста для следующего использования.
- Температура реакционного диска поддерживается: 37 ± 0.1 °C

2.3. Технические параметры

Функции прибора: Произвольный доступ, открытая реагентная схема и закрытая реагентная схема (опция)

- Скорость тестирования: постоянная 400 тестов в час (монореагент или двойной реагент)
- Принцип измерений: Колориметрический метод, турбидиметрия
- Метод испытания: 1 точка, 2-х точечный, фиксированное время, кинетический
- Тип калибровки: Линейная и нелинейная
- Тип чашки для образцов: Микро-чашка и пробирка
- Объем пробы: 2-30 мкл, с шагом 0,1 мкл
- Объем реагента: 20-300 мкл, шаг 0,1 мкл
- Реакционный объем: 150 мкл -330 мкл
- Время реакции: 10 минут
- Температура: Система инкубации на элементах Пельтье, температура реакции ($37^{\circ}\text{C} \pm 0.1^{\circ}\text{C}$)
- Промывка кювет: автоматическая промывка в 2*6 шагов
- Размер: AS-480 (Д х Г х В): 1100 мм * 765 мм * 1150 мм
- Вес анализатора AS-480 - 200 кг
- Уровень звука: <40 дБ
- Точность измерения поглощения: $0,5 \pm 0,025$, $1,0 \pm 0,07$
- Стабильность измерения поглощения: <0,01
- Повторяемость при измерении поглощения: <1,5%
- Коэффициент вариации: АЛТ<3%, мочевины<2,5%, ОБ<2%.

3. Установка

Система должна устанавливаться только нашим авторизованным специалистом, пользователям следует подготовить подходящее место для установки.

3.1. Распаковка

При получении анализатора, внимательно осмотрите упаковку.

Если вы заметите какие-либо признаки неправильной транспортировки или повреждения, немедленно обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или к вашему местному дистрибьютору.

После вскрытия упаковки проверьте комплектацию по упаковочному листу, а также внешний вид комплектующих.

Если вы обнаружите, что что-либо отсутствует или повреждено, немедленно обратитесь в наш отдел обслуживания клиентов или к вашему местному дистрибьютору.

3.2. Подключение

После распаковки вы можете подключить устройство, выполнив следующие действия:

- Подсоедините кабель питания с правой стороны анализатора к розетке питания.
- Подключите кабель локальной сети с обратной стороны анализатора к порту локальной сети операционного компьютера.
- Подсоедините трубку подачи воды DI к емкости с водой DI.

- Подсоедините сливную трубку Н к емкости для отходов или направьте к сливному отверстию канализации. Подсоедините сливную трубку L к емкости для отходов или направьте к сливному отверстию канализации.
- При необходимости подсоедините датчик жидкости чистой воды DI от емкости для воды DI к задней стенке анализатора.
- При необходимости подсоедините датчик уровня жидких отходов от емкости для сбора отходов к задней стенке анализатора.

**Внимание**

Перед подключением трубок необходимо убедиться в отсутствии инородных тел в соединении. Сливные трубки нельзя сгибать, иначе это приведет к плохому стоку жидких отходов.

**Биологическая опасность**

Утилизируйте жидкие отходы в соответствии с местным законодательством, проверьте разрешение на непосредственный сброс в дренажную систему.

**Внимание**

Сечение жил кабеля питания анализатора не должно быть менее 1 mm²

4. Установка и удаление Программного обеспечения

4.1. Требования к конфигурации системы

4.1.1. Конфигурация компьютера

- Процессор более 2 ГГц;
- Внутренняя память более 4Гб;
- Жесткий диск более 500 Гб;
- Дисплей с разрешением более 1024*768 пикселей!

4.1.2. Требования к Операционной системе

Операционная система Win XP, Win7, Win8, Win10. Пожалуйста, используйте профессиональную версию с последними обновлениями.

4.2. Процедура установки ПО


- Запустите “setup.exe”;
- После завершения установки, подключите компьютер и анализатор с помощью кабеля локальной сети, затем запустите “BioAnalyzer4AS” на рабочем столе. Пожалуйста, обратитесь к разделу “Установка программного обеспечения для автоматического биохимического анализатора Manual.doc”, подробности смотрите в установочном пакете программного обеспечения.

4.3. Процедура удаления ПО

Нажмите "Пуск" - "Панель управления" - "Программа" и щелкните правой кнопкой мыши на иконку "Bioanalyzer".

Нажмите "Удалить".

После удаления отобразится следующий интерфейс:



После завершения полосы прокрутки деинсталляция будет успешно выполнена.

4.4. Резервное копирование данных


Откройте корневой каталог программного обеспечения анализатора (по умолчанию:

D:/BioApp/App), скопируйте базу данных "Bio.mdf" и "Bio_1.ldf" для резервного копирования.

Если вам нужно восстановить данные базы данных, вам необходимо создать резервную копию исходной базы данных, а затем скопировать резервную базу данных в новый корневой каталог установки программного обеспечения "BioAnalyzer 4AS".

5. Основные операции

5.1. Последовательность операций



**Предупреждение:**

Используйте контрольные, стандартные материалы и реагенты только в течение срока их годности.

5.2. Подготовка к измерениям**5.2.1. Проверка перед включением**

Перед запуском анализатора вы должны выполнить следующие операции:

- Проверьте источник питания и убедитесь, что напряжение, подаваемое на анализатор, находится в допустимых пределах.
- Проверьте соединения TCP/IP между блоком анализа и компьютером. Убедитесь, что соединения выполнены правильно и надежно зафиксированы.
- Проверьте правильность подключения ёмкости с водой DI и датчика уровня воды.
- Проверьте правильность подсоединения сливной трубки и датчика уровня отходов.
- Убедитесь, что чистой воды достаточно для проведения измерений.

Настройка IP-адреса:

Перед первым запуском программы анализатора необходимо настроить IP-адрес подключенного к анализатору компьютера: 192.168.2.123.

- Используйте приложение “ip-settings tool.exe” для автоматической настройки IP-адреса
- Настройте IP адрес вручную.

5.2.2. Настройка IP-адреса:

Перед первым запуском программы анализатора необходимо настроить IP-адрес подключенного к анализатору компьютера: 192.168.2.123.

- Используйте приложение “ip-settings tool.exe” для автоматической настройки IP-адреса
- Настройте IP адрес вручную.

**Примечание:**


Пожалуйста, обратитесь к разделу “способ настройки ip-адреса управления computer.doc”, подробности смотрите в установочном пакете программного обеспечения.


5.2.3. Включение питания

Включите анализатор в последовательности, представленной ниже:


- Включите основное питание;
- Включите питание аналитического модуля;
- При необходимости включите охлаждение.

5.2.4. Запуск Программного обеспечения

- Запустите операционную систему Windows. Затем дважды щелкните  для запуска ПО.
- Сначала система проверит связь компьютера с анализатором. Диалоговое окно подключения компьютера в программном обеспечении отображается, если выполняется проверка связи. Если вам не нужно подключаться к анализатору, вы можете нажать кнопку Пропустить.



Отобразится диалоговое окно входа в систему операционной программы. Введите имя пользователя (admin) и пароль (123), а затем выберите Войти.



5.2.5. Настройка анализатора

Анализатор не будет функционировать должным образом, если он не настроен. Вы должны выполнить все следующие настройки, если анализатор используется впервые.

Перед запросом тестов вы должны выполнить следующие настройки:

- a.** Настройки реагента: Выберите Реагент → Настройки реагента, и введите параметры теста, указанные в инструкции, находящейся в упаковке с реагентами. Подробные сведения см. в разделе Настройки реагента.
- b.** Статус реагента: Выберите Реагент → Статус реагента, и настройте информацию о флаконе с реагентом. Подробные сведения см. в разделе Статус реагента.
- c.** Настройки контроля качества - выберите Контроль качества → Настройки контроля качества и введите информацию о контрольных материалах. Подробные сведения см. в разделе Настройки контроля качества.
- d.** Системные настройки: Выберите Систему и настройте профиль, расчетный тест, тест на печать, словарь, пользователя, формат отчета, порядок тестирования и ЛИС. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка системы.

5.2.6. Приготовление реагентов

Установите флаконы с реагентами в назначенные места на диске для реагентов, а затем откройте флаконы.

5.2.7. Заполнение гидравлической системы водой и удаление пузырьков

Выполните “Продувку воздухом” в окне технического обслуживания при первом выполнении анализа. Пузырьки воздуха попадают в дозирующую трубку, выполните продувку воздухом, чтобы избавиться от этих пузырьков воздуха. Канал потока заполняется новой водой. Подробности см. в разделе Техническое обслуживание.

5.3. Запуск измерений

5.3.1. Программирование калибраторов

• При первом использовании системы необходимо осуществить калибровку, выполнив следующие действия:

- Выберите Калибровка—> Регистрация калибровки и зарегистрируйте калибровку для желаемых тестов. Более подробную информацию см. в разделе Регистрация калибровки.
 - После регистрации калибровок вы должны загрузить соответствующие калибраторы в назначенные им места на диске с образцами.
 - Выберите Условие запуска, чтобы начать запуск калибраторов. Обратитесь к разделу "Условия запуска" для получения подробной информации
- Для просмотра результатов калибровки. Выберите Калибровка—> Результаты калибровки и выберите тест из списка. Более подробную информацию см. в разделе Результаты калибровки.

5.3.2. Программирование КК / QC

Рекомендуется ежедневно проводить контроль качества каждого теста и проверять, работает ли система нормально и стабильно.

Выберите Контроль качества—> Регистрация контроля качества и зарегистрируйте контроль качества для желаемых тестов.

Регистрация контроля качества

- После регистрации КК вы должны загрузить соответствующие КК в назначенные им позиции на диске с образцами.
- Выберите Условие запуска, чтобы начать запуск КК. Подробности см. в разделе Условие запуска.
- Для просмотра результатов контроля качества выберите Контроль качества—> Результаты контроля качества и выберите тест из списка. Подробные сведения см. в разделе Результаты контроля качества.



Предупреждение

Подверженность риску получения травм:

Прибор при работе должен быть закрыт крышкой. Если вы хотите открыть крышку, пожалуйста, дождитесь, пока движущиеся узлы прекратят движение.



Внимание

Образцы не должны содержать фибрин, примеси и другие нерастворимые вещества.

5.3.3. Регистрация образцов

Следуйте этой процедуре для анализа обычных образцов:

- Выберите Тест—> Регистрация образцов и зарегистрируйте образцы и желаемые тесты. Обратитесь к пункту Регистрация образцов для получения подробной информации.
- После регистрации образца вы должны загрузить соответствующий образец в назначенное ему место на диске с образцами.
- Выберите Условие запуска, чтобы запустить измерения для выбранных образцов. Обратитесь к разделу "Условия запуска" для получения подробной информации.
- Для просмотра результатов образцов выберите Тест —> Результаты образцов и выберите образцы из списка. Более подробную информацию см. в разделе Результаты образцов.

5.3.4. Редактирование результатов

Когда анализ будет завершен, вы сможете при необходимости отредактировать результаты теста.

Чтобы отредактировать результаты одного или нескольких пробных запусков, вы можете выбрать Тест —> Результаты образцов. Затем, выберите номер образца, который вы хотите отредактировать, и нажмите кнопку Редактировать образец для редактирования желаемого результата теста во всплывающем диалоговом окне. Более подробную информацию см. в разделе Результаты образцов.

5.3.5. Печать отчётов

Выберите Тест —> Результаты образцов, затем выберите нужные результаты теста и нажмите кнопку Печать. Более подробную информацию см. в разделе Результаты образцов.

5.4. Завершение анализа

5.4.1. Выключение питания

Когда измерения завершены, система переходит в режим ожидания. После выхода из операционной системы Windows выключите питание устройства. Охлаждение продолжает функционировать после отключения питания аналитического модуля устройства. Чтобы выключить охлаждение, выключите основной источник питания.

5.4.2. Проверка

Когда ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ выключено, извлеките реагенты с диска для реагентов и поместите их в холодильник. (Если места в холодильнике достаточно, возможно поместить в холодильник весь ротор с реагентами).

- Извлеките калибраторы, контрольные сыворотки и образцы с диска для образцов.
- Проверьте поверхность анализатора на наличие пятен и протрите их чистой мягкой тканью.
- Проверьте ёмкость для отходов и, при необходимости, опорожните его.

6. Расширенная эксплуатация

6.1. МЕТОДЫ

6.1.1. Настройка методов

Этот экран позволяет вам настроить метод тестирования: установить фотометрические точки, длину волны измерения, объем пробы и реагента, а также другие химические параметры. Вы можете отредактировать заданную вами конфигурацию или добавить новый метод.

Добавить: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новый метод с реагентом.

Сохранить: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию после добавления или обновления настроек параметров реагента.

Удалить: Удалите установленный вами метод.

Название теста: Введите название фотометрического метода, которое будет использоваться для отображения на экране, в пределах 7 символов.

Полное имя: введите полное имя для распечатки в формате отчета. Данное поле может остаться пустым.

Длина волны: выберите основную длину волны в левом поле и вторичную длину волны в правом поле. Для одноволновой фотометрии выберите "Нет" в списке дополнительных длин волн.

Анализ/точка: Выберите режим анализа (1 конечная точка, 2 конечных точки, с фиксированным временем, кинетический); затем введите фотометрические точки. Тестовый цикл AS-480 составляет 18 секунд, количество циклов - 33.


Для метода с 1 конечной точкой, точка относится к концу реакции. Необходимо ввести только конечную точку.

Для метода с двумя конечными точками начальная точка относится к смеси R1 и образца.

Конечная точка относится к концу реакции.

Для кинетического метода или метода с фиксированным временем начальная и конечная точки относятся к интервалу между точками, когда скорость реакции стабилизируется.

При вводе точек реакции, пожалуйста, обратитесь к инструкциям для реагентных наборов.



Внимание:

Для получения более подробной информации об анализе и настройке фотометрических точек, обратитесь к разъяснению метода тестирования в Приложении 1.

Десятичный знак: Выберите количество знаков после запятой для результата теста. (0,1,2,3,4).

Единица измерения: Выберите или введите единицу измерения результата теста.

Диапазон линейности: диапазон линейности метода (из инструкции к реагентным наборам).

Коэффициент корреляции: инструментальный фактор (А: ордината, В: наклон) для корректировки результата измерения.

Объем пробы:

Объем пробы: Относится к объему пробы, который должен быть дозирован для проведения реакции. Диапазон ввода **от 2 до 30 мкл**.

При использовании функции автоматического разбавления пробы:

Левое поле: Выберите коэффициент разбавления пробы.

Объем пробы для разбавления: относится к объему пробы, подлежащему отбору при автоматическом разбавлении. Диапазон ввода **от 2 до 30 мкл**.

Объем разбавления: Введите объем разбавления, если коэффициент разбавления выбран в качестве пользовательского.

Общий объем жидкости должен быть от 150 мл до 360 мкл.

Реагент: Объем: Для R1 и R2 введите объем реагента. После добавления R1 примерно через 3 минуты добавляется R2. Введите объем реагента в диапазоне от 20 до 300 мкл. Введите "0", если дозирование реагента R2 не предусмотрено. Минимальный объем, позволяющий измерить поглощение, составляет **150 мкл**.

Штрих-код: Введите кодовый номер флакона с реагентом. Для флакона с реагентом без штрих-кода код флакона вводить не нужно.

Условия автоматического перезапуска измерения.

Автоматический перезапуск по пределу Abs.:

1 : выберите увеличение или уменьшение и введите предельное значение Abs.

2 : Это относится к коэффициенту разбавления для разбавления образца при автоматическом повторном запуске.

Объём образца для разбавления: Это относится к объёму пробы, подлежащей отбору при автоматическом повторном запуске. Пределы - от 2 до 30 мл.

Объём разбавления: введите объём разбавления, если коэффициент разбавления выбран как пользовательский. Снятый флажок означает, что проверка не выполняется.

Линейность:

1 : введите процент линейности.

2 : Это относится к коэффициенту разбавления для разбавления образца при автоматическом повторном запуске.

Объём образца для разбавления: Это относится к объёму пробы, подлежащей отбору при автоматическом повторном запуске. Пределы от 2 до 30 мл.

Объём разбавления: введите объём разбавления, если коэффициент разбавления выбран как пользовательский. Снятый флажок означает, что проверка не выполняется.

Диапазон предельных значений линейности составляет от 0% до 50%, а значение по умолчанию равно 1%.

Вне диапазона линейности:


2 : Это относится к коэффициенту разбавления для разбавления образца при автоматическом повторном запуске.

Объём образца для разбавления: Это относится к объёму пробы, подлежащей отбору при автоматическом повторном запуске. Пределы от 2 до 30 мл.

Объём разбавления: введите объём разбавления, если коэффициент разбавления выбран как пользовательский. Снятый флажок означает, что проверка не выполняется.

Правила проверки:

Кривая истощения субстрата выглядит следующим образом:



Субстрат истощен: Тест с двойным реагентом проверяется, начиная с добавления R2, тест с одним реагентом проверяется, начиная с добавления R1+S.

Наклон начальной проверки (наклон 3-х первых точек) определяется как А, а наклон 3-х последних точек определяется как В. Предел истощения субстрата (%) = $Abc \left(\frac{A - B}{A} \right) * 100$. Если пределы истощения субстрата в ходе реакции превышают заданный предел, испытуемый субстрат истощается заранее. Если включена функция "Истощение субстрата", к результату привязывается сигнал тревоги (SUBDE). Если включен параметр "Истощение субстрата" и установлен коэффициент автоматического повторного разбавления при истощении субстрата, автоматический повторный запуск запускается одновременно с сигнализацией (SUBDE), прикрепленной к результату отбора пробы.

Линейность:

1. Абсолютное значение отношения коэффициента наклона А начальной секции минус коэффициент наклона В конечной реакционной секции к наклону С всего реакционного процесса, что является пределом линейности теста. Предел линейности (%) = $Abs((A-B)/C) * 100$.

Если пределы линейности реакции превышают заданный предел, значит, тест превысил пределы линейности. Если включена линейность, к результату привязывается сигнал тревоги (LINE). Если включена линейность и установлен коэффициент автоматического повторного разбавления для линейности, автоматический повторный запуск запускается одновременно с подключением сигнала тревоги (LINE) к результату отбора пробы.

2. Если общее количество точек поглощения во всем процессе реакции превышает 8, собирают 6 точек в начальной секции и в конечной секции реакции. Если общие показатели поглощения во всем процессе реакции находятся в диапазоне от 4 до 8, собирают по 3 точки в начале и в конце реакции. N представляет собой количество набранных очков.

3. Коэффициент наклона А начальной реакционной секции = наклон начальной реакционной секции (N-1 точка от начальной точки до начальной точки) *N; Коэффициент наклона В конечной реакционной секции = наклон конечной реакционной секции (N-1 точка от конечной точки до конечной точки) *N;

Имя теста: Отображается имя теста

Имя калибровки: Введите имя калибровки

Тип калибровки: Выберите тип калибровки.

Точки: Введите количество стандартных растворов, которые будут использоваться для калибровки (от 1 до 8).

Значение К: введите значение К, если тип калибровки линейный по 1-ой точке.

Концентрация: Концентрация калибратора. При подготовке нескольких линий разбавления одним стандартным раствором вводите концентрацию после разбавления.

Позиция: Для точки 0 выберите значение бланка воды или бланк реагента. Для каждой ячейки 1-7 выберите позицию калибратора на диске с образцами.

Объем пробы: Введите объем пробы стандартного раствора. При разбавлении калибратора с помощью функции разбавления пробы введите объем пробы перед разбавлением.

Объем пробы для разбавления: Это относится к объему пробы, подлежащей отбору при автоматическом разбавлении. Диапазон ввода от 2 до 30 мкл. Без разбавления, введите "0".

Объем разбавителя: Введите объем разбавителя при разбавлении калибратора с помощью функции разбавления образца.

Общий объем пробы и разбавителя должен быть доведен до 150 мкл или более. Без разбавления, введите "0".

No.	TestName
1	ALT
2	TP

Analyze
 Calibration
 Range

Test Name:

Reference Range

Expected Ranges		Age	Male	Female
Baby	-	150 Years	0.00 1.00	0.00 1.00
150Years		199 Years	0.00 1.00	0.00 1.00
199Years	-	200 Years	0.00 1.00	0.00 1.00

Default Age:

Default Sex:

Введите диапазон норм, если конечный результат выходит за пределы диапазона, он будет отмечен как L или H в списке результатов и отчете.

Контрольные диапазоны: Установите ожидаемые диапазоны в 3 возрастных блоках для самцов и самок в каждом.

Введите верхний предел возраста (от детёныша до 200 лет) для применения определенного диапазона, единицу измерения возраста (годы, месяцы или дни) и верхний и нижний пределы определенного диапазона в указанном порядке слева.

Определенный диапазон на 3-м этапе применяется к возрасту, превышающему входной на 2-м этапе.

Возраст по умолчанию: получите возраст по умолчанию для образца, если возраст не указан в тестовых окнах-> Результаты выборки-> Редактирование образца.

Пол по умолчанию: установите пол по умолчанию для образца, если пол не указан в тестовых окнах-> Результаты проб-> Редактирование образца.

6.1.2. Статус реагента

The screenshot shows the 'Reagent Status' window with two tabs: 'Reagent Status' and 'Reagent Settings'. The 'Reagent Status' tab is active, displaying a circular reagent tray with 22 positions. A legend below the tray indicates three status levels: 'Idle' (white), 'Normal' (grey), and 'Insufficient' (pink). The 'Reagent Settings' tab is also visible, showing a table of reagent information.

Position	Test Name	Reagent Type	Available Tests	Remaining V
1	ALT	R1	139	30669
2	AST	R1	318	70000
3	ALP	R1	318	70000
4	CHE	R1	254	70000
5	GGT	R1	318	70000
6	AFU	R1	318	70000
7	DBIL	R1	318	70000
8	TBIL	R1	318	70000
9	TBA_X	R1	303	70000
10	TBA_M	R1	318	70000
11	TP	R1	212	70000
12	ALB	R1	212	70000
13	CRE_K	R1	318	70000
14	CRE_M	R1	353	70000
15	UREA	R1	424	70000
16	UA	R1	318	70000
17	MALB	R1	318	70000
18	CHOL	R1	254	70000
19	TG	R1	254	70000
20	HDL_C	R1	282	70000
21	LDL_C	R1	282	70000
22	ApoA1	R1	318	70000

At the bottom of the window, there are four buttons: 'Reagent Load', 'Volume Check', 'Delete', and 'Volume Refresh'.

Этот экран позволяет вам установить информацию о флаконах с реагентами после настройки реагентов, а затем загрузить флаконы с реагентами в назначенные им позиции на диске с реагентами.

- Опция отображения: Выберите порядок отображения приведенного ниже списка реагентов; Пусто: Показывает, сколько позиций на диске с реагентами не занято;

- Список информации о реагентах: Отображается информация о флаконе с реагентом, загруженном на диск с реагентами.

- Позиция: отображается номер диска для загрузки флакона с реагентом. Название теста: Отображаются название теста, разбавитель;

Тип реагента: Отображаются тип реагента (R1, R2), разбавитель, моющее средство;

Доступные тесты: Отображается количество доступных тестов, которое было рассчитано исходя из оставшихся объемов всех используемых реагентов.

Оставшийся объем (мл): отображается оставшийся объем реагента.

Дата истечения срока годности: отображается дата истечения срока годности реагента.

Штрих-код: отображается штрих-код флакона с реагентом.

Дата открытия: отображается дата открытия реагента.

Кнопка загрузки реагента: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно загрузки реагента.

В этом окне вы можете загрузить информацию о флаконе с реагентом. Подробности приведены ниже.

Кнопка сканирования штрих-кода: Нажмите эту кнопку, чтобы отсканировать флакон с реагентом.

Кнопка проверки объема: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окна проверки объема реагента. В этом окне вы можете проверить объем реагента в указанном флаконе с реагентом.

Кнопка удаления: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно удаления реагента.

В этом окне вы можете удалить информацию о флаконе с реагентом, зарегистрированную вручную.

Обновление объёма: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно обновления. В этом окне вы можете обновить объем реагента в указанном флаконе с реагентом.

Выполните эту процедуру, чтобы задать информацию о реагенте

- Позиция: Выберите позицию;
- Дата открытия: Выберите дату открытия флакона с реагентом.
- Способ ввода: Выберите способ ввода реагента: Со штрих-кодом, без штрих-кода.
- Штрих-код: введите штрих-код реагента.
- Имя теста: Выберите название теста;
- Тип реагента: Выберите тип реагента (R1, R2, разбавитель, моющее средство). Размер флакона: Выберите размер флакона с реагентом (L, S).
- Срок годности: Выберите срок годности флакона с реактивом.
- Кнопка проверки: Нажмите эту кнопку, чтобы проверить, действителен ли штрих-код.
- Сохранить: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию реагента.
- Кнопка возврата: Нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в окно состояния реагентов.

6.2. Тесты

6.2.1. Регистрация пробы

Это окно позволяет вам регистрировать тесты для рутинных и срочных проб.

Инфо пробы:

- Номер образца: введите номер образца, это также тестовая последовательность образцов, за исключением срочных;
- Позиция: Выберите номер позиции на диске с образцами (AS-480:1-119);
- Тип образца: Выберите тип образца;
- Предварительное разбавление: Если образец уже был разбавлен перед регистрацией, установите этот флажок и введите коэффициент разбавления в правом поле, результат теста автоматически умножит этот коэффициент;
- Идентификатор образца: введите идентификационный номер образца;
- Чашка для пробы: Выберите тип пробирки (стандартная чашка или микро-чашка). Для использования с пробиркой выберите стандартную чашку;
- STAT: Установите флажок, если образец является срочным и имеет наивысший приоритет тестирования;
- Дата регистрации: выберите дату регистрации образца, по умолчанию используется текущая дата операционной системы;
- Тип пробы: Выберите тип пробы;
- Выбор страницы: выберите страницы тестов 1 или 2.
- Тестовые кнопки:
- Используйте эти клавиши для выбора теста.
- Когда выбрана тестовая клавиша, она подсвечивается синим цветом.

Клавиши с верхнего по четвертый ряд доступны в качестве тестовых клавиш.

Нижняя (пятая) строка содержит кнопки профилей для сгруппированных тестов, зарегистрированных в окне Настройки системы/Настройки профиля.

Маска реагента: указывает на то, что была произведена автоматическая маскировка условия, как, например, недостаточный оставшийся объем реагента.

Калибровочная маска: Указывает на то, что была выполнена автоматическая маскировка условия, как недостаточный оставшийся объем стандартного раствора.

Маска: Указывает, что маскировка предусмотрена в окне глобального меню/Условия запуска.

Рабочий лист: Отображается зарегистрированный образец после нажатия кнопки зарегистрировать.

Серийный No: Отображается номер зарегистрированного образца после нажатия кнопки зарегистрировать.

Позиция: Отображается позиция зарегистрированного образца на диске с образцами после нажатия кнопки регистрации.

Статус: Отображение статуса (зарегистрирован, новый) образца.

Кнопка регистрации: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить информацию о выборе теста, обновить рабочий список и увеличить номер образца на единицу, чтобы можно было выбрать тест для следующего образца.

Кнопка отмены: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение окна. **Кнопка удаления:** Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно удаления образцов. В этом окне вы можете удалить образцы, которые уже зарегистрированы.


Предыдущая: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить информацию о выборе теста для предыдущего образца.

Кнопка Далее: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить информацию о выборе теста для следующего образца.

Кнопка пакетного тестирования: Нажатие на эту кнопку открывает окно выбора пакета тестов.

Чтобы зарегистрировать один и тот же тест, тип образца, чашку для пробы, объем пробы для двух или более образцов, выберите тест для первого образца для коллективной записи и нажмите кнопку ОК вместо кнопки Регистрация.

Получение LIS: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно обмена с LIS. Когда вы устанавливаете режим двунаправленной связи в окне "Системные настройки" -> "LIS", вы можете получить образцы результатов тестирования с сервера LIS.



Параметр отображения: Выберите параметр отображения проб: по ID пробы, По N пробы, по позиции.

Последняя на сегодня: выбрав Последнюю на сегодня, вы можете загрузить из LIS самую свежую информацию за текущий день.

Все за сегодня: выбрав Все за сегодня, вы можете загрузить всю примерную информацию за текущий день из LIS.

Единичный образец: При выборе единичного образца вам следует ввести штрих-код образца, который вы хотите загрузить. Затем информация о образце будет загружена в анализатор.

Запрос: Нажмите эту кнопку, чтобы запросить тест, который вы хотите. После получения информации о пробах с сервера LIS анализатор добавит информацию о пробах в таблицу информации о пробах и в таблицу информации о тестах.

Позиция: Выберите положение образца на диске с образцами.

Установить: Нажмите эту кнопку, чтобы установить положение образца вручную.

Автоматическая настройка: Нажмите эту кнопку, анализатор автоматически назначит позицию образца. Поместите образец в указанную позицию.

Кнопка удалить: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный образец.

Регистрация: нажмите эту кнопку, чтобы добавить образец в рабочий список.

6.2.2. Результаты образцов

Sample No.	Sample ID	Name	Gender	Age	Case No.	Bed No.	Doctor	Department	Register Date
1	201811300001		Male						2018/11/30 9:44:40
2	201811300002		Male						2018/11/30 9:44:40
3	201811300003		Male						2018/11/30 9:44:40
4	201811300004		Male						2018/11/30 9:44:40
5	201811300005		Male						2018/11/30 9:44:40

Test	Result	Rerun Result	Unit	Hint	Reference Rang...	Reference Rang...	Note
ALT			g/l				

Этот экран позволяет вам проверить/отредактировать соответствующие результаты измерений стандартных образцов, просмотреть процесс реакции и распечатать отчет.

Опция отображения: выберите условие для отображения в списке.

Текущая дата: отображается только информация обо всех образцах, зарегистрированных на текущий день.

Прошлая неделя: отображается только информация обо всех образцах, зарегистрированных в течение прошлой недели.

Поиск: отображается только информация о образце, указанная в окне поиска.

Количество записей проб: отображается количество проб, зарегистрированных в выбранном источнике данных.

Кнопка поиска: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно поиска образца. В этом окне вы можете задать условие поиска для образца, который будет отображаться в списке образцов.

Кнопка редактирования образца: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно редактирования образца. В этом окне вы можете отредактировать информацию об образце.

Кнопка редактирования результата: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно редактирования результата. В этом окне вы можете отредактировать результаты измерений.

Кнопка Удалить результат/образец: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно удаления результата. В этом окне вы можете удалить выбранный образец или результат.

Кнопка Кривая реакции: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно кривой реакции. В этом окне вы можете просмотреть кривую реакции выбранных образцов тестов.


Кнопка печати: Нажмите эту кнопку, чтобы распечатать один или несколько выбранных образцов результатов.

Отправить ЛИС: Отправьте результаты выбранного образца в систему ЛИС.

Экспорт: Экспортируйте результаты выбранного образца в файл в вашем каталоге установки.

Перезапуск вручную: Повторите тест пробы вручную.

Замена результата: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно замены результатов. В этом окне вы можете заменить результаты проб результатами повторного запуска.



6.2.3. Результаты тестирования

Этот экран позволяет вам просмотреть историю подсчета тестов и результаты проб, а также рассчитать среднее значение, CO, коэффициент вариации CV для результатов теста.

Дата регистрации: Выберите дату начальной и конечной регистрации, которую вы готовите для поиска. Первая дата - это дата начала, а вторая - окончания.

Поиск: Нажмите эту кнопку, чтобы запросить результаты теста пробы, соответствующие условию зарегистрированной даты.

Количество записей истории: отображается общее, историческое количество записей тестов.

Количество тестовых записей: отображается количество тестовых записей, удовлетворяющих условию зарегистрированной даты.

Рассчитать: Выберите результат теста, затем нажмите эту кнопку, чтобы рассчитать среднее значение, Среднее отклонение и значение CV.

6.3. Калибровка

6.3.1. Регистрация калибровки

The screenshot shows the 'Calibration Register' window with the 'Calibration Results' tab selected. At the top, there is a 'Status' section with three color-coded boxes: a grey box for 'No Calibration', a green box for 'Blank', and a yellow box for 'Full'. Below this is a 'Page Select' section with radio buttons for '1' (selected) and '2'. The main area contains a grid of test parameters. The 'TBA_M' parameter is highlighted in green, indicating it is in the 'Blank' calibration state. Below the grid are three colored bars (red, blue, and purple) corresponding to 'Reagent Mask', 'Calibration Mask', and 'Mask' respectively. At the bottom are 'OK' and 'Cancel' buttons.

ALT	AST	ALP	CHE	GGT	DBIL	TBIL
TBA_M	TP	ALB	CRE_K	CRE_M	UREA	UA
MALB	CHOL	TG	HDL_C	LDL_C	ApoA1	ApoB
CK	CK_MB	LDH	HBDH	GLU_J	GLU_Y	FRUC
Ca	Mg	P	AMY	LIP		

Это окно позволяет вам зарегистрировать калибровку для холостой пробы реагента и полного заполнения (холостая проба реагента и весь стандартный раствор).

Статус:

- Серый: Тест не имеет калибровки.
- Зеленый: В тесте выполняется только калибровка холостой пробы реагента.
- Желтый: Тест выполняет калибровку, включая холостую пробу и стандартный раствор.


Тестовые клавиши:

Нажмите тестовые клавиши, чтобы выбрать статус калибровки, переключение производится вручную нажатием тестовой клавиши, если в окне "Реагент/настройки реагентов" задать значение "Бланк воды", переключение состояния "Бланк" не выполняется.

Кнопка ОК: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию.

Кнопка отмены: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.

6.3.2. Результаты калибровки



Этот экран позволяет просмотреть результаты калибровки, кривую реакции каждого стандартного раствора и калибровочную кривую.

Тип калибровки: Отображение выбранного типа калибровки теста, определенного в окне "Реагент/Настройки реагента".

Тип бланка: Отображение выбранного типа бланка, определенного в окне "Реагент/Настройки реагента".

S1 Абс: Отображение поглощающей способности бланка реагентов, если вы выбрали воду как тип бланка в окне "Реагент/Настройки реагента", здесь отображается 0.

K фактор: Отображается значение K калибровочной кривой.

A, B, C: Отображение параметров калибровочной кривой для нелинейной калибровки.

Дата теста: Отображение последней и текущей даты калибровочных измерений.

Отслеживание калибровки: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно трассировки калибровки. В этом окне вы можете просмотреть результат калибровки за всю историю.

Кривая реакции: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно кривой реакции. В этом окне вы можете просмотреть кривую реакции каждого калибровочного измерения.

Калибровочная кривая: Отображение калибровочной кривой после калибровки.

Стандарт, Концентрация, Абс, Позиция: Отображение каждой стандартной концентрации, поглощающей способности и позиции на диске для образцов.

6.4. Контроль качества/QC

6.4.1. Регистрация КК / QC

Это окно позволяет вам зарегистрировать тесты контроля качества для КК

Информация о КК:

Порядковый №: Введите порядковый номер, также тестовую последовательность контроля качества;

The screenshot shows the 'QC Register' window with the following elements:

- QC Information:** Sequence No. (3), Position (5), Register Date (2019/ 5/22), Name-lot number (1-1), Page Select (1).
- Test Grid:** A grid with columns labeled ALT, TP, UREA_KA. The 'ALT' column header is highlighted in blue.
- Work list:** A table with the following data:

Sequence No.	Position
1	3
2	4
*13	
- Buttons:** Register, Cancel, Delete, Previous, Next.
- Legend:** Reagent Mask (red bar), Calibration Mask (blue bar), Mask (purple bar).

Позиция: Выберите номер позиции на диске с образцами;

Дата регистрации: Выберите дату регистрации образца, по умолчанию используются данные текущей операционной системы;

Название-номер партии: выберите название контроля качества и номер Лота, который готовится к тестированию.

Страница: Выберите тестовые страницы 1 и 2.

Тестовые клавиши: используйте эти клавиши для выбора теста. Когда выбрана тестовая клавиша, она подсвечивается синим цветом.

Кнопка регистрации: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить информацию о выборе теста, обновить рабочий список и увеличить порядковый номер на 1, чтобы можно было выбрать тест для следующего контроля качества.

Кнопка отмены: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение окна.

Кнопка удаления: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно удаления образцов. В этом окне вы можете удалить образцы, которые уже зарегистрированы.

Предыдущая: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить информацию о выборе теста для предыдущего контроля качества.

Кнопка «Далее»: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить информацию о выборе теста предыдущего КК.

6.4.2. Дневной КК / QC

Этот экран позволяет вам запрашивать ежедневные результаты контроля качества, отображать информацию о контроле качества и диаграмму контроля качества.

Выбор теста:

- **Сортировка:** Выберите способ сортировки, который нужен для просмотра данных контроля качества.
- **Тест:** выберите имя теста, который вы готовите для запроса.
- **Дата:** Выберите дату тестирования для результатов контроля качества, которые вы готовите для поиска, значением по умолчанию является дата текущей операционной системы.
- **Выбор КК:**
- **Правило КК:** Выберите правило контроля качества.
- **КК1 (Имя – партия):** Выберите первое название Лота контроля качества, которое вы готовите для поиска.
- **КК2 (Имя-партия):** Выберите второе название Лота контроля качества, которое вы готовите для поиска.
- **Данные КК:** Выберите этот параметр, чтобы отобразить данные контроля качества в интерфейсе.
- **График КК:** Выберите этот параметр, чтобы отобразить диаграмму контроля качества в интерфейсе. Только если вы выберете название теста и контроль качества (название), вы сможете просмотреть таблицу контроля качества.
- **Имя КК:** Отображение имени КК.
- **Номер Лота:** Отображение номера партии КК.
- **Название теста:** Отображение названия теста.
- **Целевое значение:** Отображение целевого значения выбранного контроля качества, определенного в окне Настройки контроля качества/КК;

- **Значение CO (SD):** Отображение значения CO(SD) выбранного контроля качества, определенного в окне Настройки контроля качества/КК;
- **Результат:** Отображение результата теста контроля качества.
- **Дата тестирования:** Отображение даты тестирования контроля качества.
- **Статус:** Отображение состояния контроля качества.
- **Статистика:** Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно с совокупной информацией о КК.

QC 1(Sera-P - P280582-02M)		QC 2(SERACON - NORMAL - 1847)	
Target Value:	1.57	Target Value:	0.60
SD Value:	0.50	SD Value:	0.30
Count:	1	Count:	5
Mean:	2.40	Mean:	0.06
SD:	0.00	SD:	0.12
CV(%):	0.00	CV(%):	200.00

В этом окне вы можете просмотреть совокупную информацию о контроле качества и сравнить два разных номера партий результатов контроля качества.

- **Целевое значение:** Отображает целевое значение выбранного контроля качества, определенное в окне Настройки контроля качества/КК;
- **Значение CO (SD):** Отображение значения CO (SD) выбранного контроля качества, определенного в окне Настройки контроля качества/КК;
- **Количество:** Отображение количества выбранных тестов контроля качества.
- **Среднее значение:** Отображение среднего значения результата контроля качества, рассчитанного автоматически;
- **SD:** Отображение значения SD результата контроля качества, рассчитывается автоматически;
- **Коэффициент вариации CV(%):** Отображение CV контроля качества: Значение CV, рассчитывается автоматически;
- **Удалить:** Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный контроль качества из списка данных контроля качества.
- **Печать:** Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно печати для печати текущей диаграммы контроля качества.
- В этом окне вы можете выбрать Предварительный просмотр или Печать.
- **Кривая реакции:** Нажмите эту кнопку, чтобы открыть кривую реакции для проверки теста контроля качества.

6.4.3. Контроль качества по дням

Это диалоговое окно позволяет вам запрашивать результаты контроля качества по дням, отображать информацию о контроле качества и диаграмму контроля качества.

Выбор теста:

Сортировка: Выберите способ сортировки, который вы готовите для просмотра данных контроля качества.

Тест: выберите имя теста, которое вы готовите для запроса.

Дата: Выберите начальную и конечную даты результата контроля качества, который вы готовите для поиска.

Первая дата - это дата начала, а вторая – окончания периода поиска результатов.

The screenshot shows the 'QC Register' window with several tabs: 'QC Register', 'Daily QC', 'Day to Day QC', 'QC Summary', and 'QC Setting'. The 'QC Register' tab is active. It contains two main sections: 'Choose Test' and 'Choose QC'.
 In the 'Choose Test' section, there are three dropdown menus: 'Sort' (set to 'By QC'), 'Test' (set to 'ALL'), and 'Date' (set to '2021/ 7/28' to '2021/ 8/27').
 In the 'Choose QC' section, there are two dropdown menus: 'QC Rule' (set to 'Westgard Multi-rule') and two 'QC1(Name-Lot)' and 'QC2(Name-Lot)' fields. There are also two radio buttons: 'QC Data' (selected) and 'QC Chart'.
 Below these sections is a table titled 'QC Data' with the following columns: No., QC Na..., Lot Num..., Test Name, Target Value, SD Value, QC Range, Result, Test Date, and Stat. The table is currently empty.
 At the bottom of the window, there are five buttons: 'Statistics', 'Delete', 'Send to LIS', 'Print', and 'Reaction Curve'.

Выбор контроля качества:

Правило контроля качества: Выберите правило контроля качества.

КК1 (№ партии): Выберите первое название контроля качества, которое вы готовите для поиска.

КК2 (№ партии): Выберите второе название контроля качества, которое вы готовите для поиска.

Данные контроля качества: выберите этот параметр, чтобы отобразить данные контроля качества в таблице.

Только если вы выберете название теста и контроль качества (№ партии), вы сможете просмотреть таблицу контроля качества.

Статистика: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно с совокупной информацией о контроле качества. В этом окне вы можете просмотреть сводную информацию о контроле качества.

Удалить: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный КК из списка данных КК.

Отправить в LIS: Нажмите эту кнопку, чтобы отправить выбранные данные контроля качества на сервер LIS.

Печать: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно печати для печати текущей диаграммы контроля качества.

Кривая реакции: нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно кривой реакции для проверки кривой реакции теста контроля качества.

6.4.4. Сводка контроля качества

Это окно позволяет вам запросить результат контроля качества и сводку контроля качества, а также в этом окне вы можете выбрать Предварительный просмотр или Печать результатов.

Выбор измерения:

Сортировка: Выберите способ сортировки, который вы готовите для просмотра результатов контроля качества.

The screenshot shows the 'QC Register' window with the following elements:

- Navigation tabs: QC Register, Daily QC, Day to Day QC, QC Summary, QC Setting.
- Filters:
 - Sort: By QC
 - QC(Name-Lot): ALL
 - Date: 2020/12/24 - 2020/12/31
 - Test Name: ALL
 - Radio buttons: QC Result (selected), QC Summary
- Table:

QC Name	Lot Number	Test Name	Target Value	SD Value	QC Range	Result	Test Date	State
1	1	ALT	1.0	1.0	-1.0 ~ 3.0	56.0	2020/12/31 9:45:49	1-2S 1-
- Buttons: Add, Delete, Print, Reaction Curve.

Контроль качества (№ партии): Выберите раствор для контроля качества, который вы готовите для поиска.

Дата: Выберите начальную и конечную даты результата контроля качества, который вы готовите для поиска. Первая дата - это дата начала, а вторая - окончания.

Название теста: Выберите название теста, которое вы готовите для поиска.

Результат контроля качества: Выберите этот параметр, чтобы отобразить в интерфейсе указанные результаты проверки качества указанного раствора для контроля качества.

Сводка контроля качества: Выберите этот параметр, чтобы отобразить в интерфейсе сводную информацию о контроле качества указанного раствора для контроля качества.

Кнопка добавления: нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно добавления результатов контроля качества. В этом окне вы можете добавить новый результат контроля качества.

Удалить: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный контроль качества из списка результатов контроля качества.

Печать: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно печати для печати текущих отображаемых результатов контроля качества или сводной информации о контроле качества. В этом окне вы можете выбрать Предварительный просмотр или прямую печать.

Кривая реакции: нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно кривой реакции для проверки кривой реакции теста контроля качества.

6.4.5. Настройки КК/QC

Этот экран позволяет вам настроить информацию о контроле качества и информацию о тестировании контроля качества. Установите целевое значение и значение $CO(SD)$ для обработки результатов контроля качества.

Список контроля качества: Отображение информации о контроле качества.

Список тестов: Отображение информации о тестировании контроля качества.

Кнопка «Добавить контроль качества»: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно «Добавить контроль качества».

В этом окне вы можете добавить новый КК с номером партии в список КК.

Кнопка редактирования контроля качества: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно редактирования контроля качества. В этом окне вы можете отредактировать информацию о выбранном контроле качества в списке контроля качества.

Кнопка «Удалить контроль качества»: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный контроль качества из списка контроля качества.

Кнопка «Добавить тест»: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно добавления теста. В этом окне вы можете выбрать тесты и настроить целевые значения для контроля качества, выбранного в списке контроля качества.


Кнопка «Редактировать тест»: нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно редактирования теста. В этом окне вы можете отредактировать информацию о выбранном тесте в списке тестов.

Кнопка «Удалить тест»: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный тест из списка тестов.

6.5. Техобслуживание

6.5.1. Обслуживание узлов

На этой странице вы можете выполнить техническое обслуживание, такое как удаление пузырьков воздуха и промывка ячеек, а также установить и выполнить промывку трубок, а также добавить, обновить или удалить узел для технического обслуживания.



Узел обслуживания: отображается список действий по обслуживанию узлов прибора.

Чтобы выполнить тот или иной тип обслуживания, выберите его из списка и нажмите кнопку «Выполнить».

Кнопка «Выполнить»: Нажмите эту кнопку, чтобы выполнить выбранный метод обслуживания.

Гидравлические трубки: отображается список зарегистрированных каналов (узлов) для технического обслуживания.

Типы трубок: отображается список зарегистрированных элементов гидравлической схемы прибора для технического обслуживания.

Добавить: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно добавления канала трубок. В этом окне вы можете зарегистрировать название и сведения о канале технического обслуживания.

Обновить: Нажмите эту кнопку, чтобы обновить окно канала обновления. В этом окне вы можете обновить название и сведения о трубках для технического обслуживания, выбранном из списка типа трубок для технического обслуживания.

Кнопка «Удалить»: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить название и сведения о ремонтном трубопроводе, выбранном из списка ремонтных трубопроводов.

Кнопка «Выполнить»: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно «Выполнить техническое обслуживание трубопровода». В этом окне вы можете запустить канал технического обслуживания, выбранный из списка каналов технического обслуживания.

Замена лампы

После замены новой лампы выберите опцию “Замена лампы” в пункте технического обслуживания, а затем нажмите кнопку “Выполнить”, чтобы открыть окно замены лампы. В этом окне вы можете просмотреть время использования лампы и заменить лампу.

- Последняя лампа: отображение даты начала и продолжительности работы предыдущей лампы.
- Текущий: отображение даты начала и продолжительности работы текущей лампы.

Replacing Lamp


Name

Comments

	Start Date	Duration
Last Lamp	<input type="text" value="2020-11-02"/>	<input type="text" value="4 hour(s)"/>
Curent	<input type="text" value="2020-11-03"/>	<input type="text" value="15 hour(s)"/>

- Заменить: После замены лампы нажмите эту кнопку, и анализатор начнет записывать время использования лампы.
- Отмена: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить замену лампы.

6.5.2. Журнал техобслуживания



Это окно позволяет вам просмотреть журналы технического обслуживания.

Список журналов технического обслуживания:

Название узла технического обслуживания: Отображение узла технического обслуживания, для выполнения ТО.

Идентификатор оператора: отображает идентификатор оператора, выполняющего техническое обслуживание.

Комментарии: Отображение комментариев, которые определяются в окне «Техническое обслуживание/выполнение».

Дата: Отображение даты выполнения.

Дата начала: выберите дату начала диапазона поиска.

Дата окончания: выберите дату окончания диапазона поиска.

Кнопка поиска: Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить журнал технического обслуживания в пределах диапазона дат.

6.6.2. Расчётный тест

Этот экран позволяет вам задать расчетную формулу для расчета на основе результата измерения с помощью прибора.

Test Order		LIS		Profile Settings		Calculated Test		Print Test		Dictionary		Special Wash		User Setting		Report Format	
No.	Test	Calculate Test Information															
1	Calc	Test Name	Calc	Full Name													
		Decimal Place	0	Unit													
		Formula	ALT+TP														
		<input checked="" type="checkbox"/> Reference Range		Expected Ranges													
			Age	Male	Female												
		Baby	- 18	Years	0	1	0	1									
		18Years	60	Years	0	1	0	1									
		60Years	- 200	Years	0	1	0	1									
		Default Age:	Baby - 18Years														
		Default Sex:	Male														
		Add		Save		Cancel		Formula		Delete							

Информация о расчётном тесте:

Название теста: введите название расчётного теста;

Полное имя: Введите полное имя для распечатки в формате отчета. Это поле может быть пустым.

Десятичный знак: Выберите количество знаков после запятой (0,1,2,3,4).

Единица измерения: Выберите или введите единицу измерения результата.

Формула: Отображает расчетную формулу. Нажмите кнопку "Формула", чтобы открыть окно калькулятора формул и ввести формулу расчета.

Эталонный диапазон: Введите итоговый эталонный диапазон. Это необязательно.

Кнопка «Добавить»: Нажмите эту кнопку, чтобы подготовить добавление нового расчётного теста.

Кнопка «Сохранить»: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию после добавления или обновления.

Отмена: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить изменение этого окна.

Формула: Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно формулы. В этом окне вы можете настроить расчетную формулу для теста.

«Удалить»: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный расчётный тест.

6.6.3. Печать результатов

Это окно позволяет вам добавить дополнительные тесты для печати и при необходимости распечатать их в отчете о тестировании.

Информация печати тестов:

- **Название теста:** Введите название теста на печать;
- **Полное имя:** Введите полное имя для распечатки в формате отчета. Это поле может быть пустым.

- **Тип результата:** Выберите количественный или качественный.
- **Десятичный знак:** Выберите количество знаков после запятой для результатов теста (0,1,2,3,4).
- **Единица измерения:** Выберите или введите единицу измерения результата.
- **Эталонный диапазон:** Введите итоговый эталонный диапазон. Это необязательно.
- **Кнопка «Добавить»:** Нажмите эту кнопку, чтобы подготовить добавление нового расчётного теста.
- **Кнопка «Сохранить»:** Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию после добавления или обновления.
- **Кнопка отмены:** Нажмите эту кнопку, чтобы отменить все сделанные изменения в этом окне.
- **Кнопка удаления:** Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранный рассчитанный тест.

6.6.4. Словарь

The screenshot displays the 'Dictionary' configuration window. The 'Data Group' sidebar on the left has 'Unit' selected. The 'Data List' table is as follows:

No.	Unit	Description
1	g/l	
2	umol/l	
3	mg/ml	
4	U/L	
5	mmol/L	
6	mg/l	

Below the table, the 'Unit' field contains 'g/l' and the 'Description' field is empty. The 'Add', 'Delete', 'Save', and 'Cancel' buttons are located at the bottom of the window.

- **Группа данных:** Выберите тип данных в этой группе.
- **Кнопка «Добавить»:** Нажмите эту кнопку, чтобы подготовить добавление нового элемента. После нажатия этой кнопки введите новый элемент, такой как новая единица измерения (описания могут отсутствовать), затем нажмите кнопку «Сохранить», чтобы добавить в список данных.
- **Кнопка удаления:** Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранные данные из списка данных.
- **Кнопка «Сохранить»:** Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию.
- **Кнопка отмены:** Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.

6.6.5. Специальная промывка

Этот экран позволяет вам установить программу промывки для предотвращения переноса иглой дозатора с реагентом в реакционные кюветы.

Test Order	LIS					
Profile Settings	Calculated Test	Print Test	Dictionary	Special Wash	User Setting	Report Format

Reagent Probe

Probe	From Test	From Type	To Test	To Type	Wash V...
R1	ALT	R1	TP	R1	120

From Test:

From Type:

To Test:

To Type:

Wash Vol.:

Add Save Cancel Delete

Cell

No	Test	R1 Wash Vol.	R2 Wash Vol.	
1	ALT	150	60	

Test:

R1 Vol.:

R2 Vol.:

Add Save Cancel Delete

Tips: Pls place the detergent at the No.120 sample position(micro cup) and the No.45 reagent position.

Дозатор реагента:

- Из теста: Выберите тест, который может оказать влияние.
- Из типа: Выберите тип реагента, который может оказывать влияние.
- Для тестирования: Выберите тест, на который может быть оказано влияние.
- Для ввода: Выберите тип реагента, на который может быть оказано воздействие.
- Объем промывки: введите объем моющего средства, которое будет использовано для промывки.
- Добавить: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новую программу промывки для дозатора реагента.
- Сохранить: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию.
- Отмена: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.
- Удалить: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить программу предотвращения переноса, выбранную в списке проб реагентов.

Кюветы:

- Тест: выберите тест, который может оказать влияние.
- Объем R1: Введите объем детергента, который будет введен дозатором в реакционную кювету, через дозатор R1.
- Объем R2: Введите объем детергента, который будет введен дозатором в реакционную кювету, через дозатор R2.

Добавить: Нажмите эту кнопку, чтобы добавить новую программу промывки для реакционной ячейки.

Сохранить: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию.

Отмена: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.

Удалить: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить программу предотвращения контаминации от, выбранную в списке.

6.6.6. Настройка пользователя

Это окно позволяет вам управлять оператором программного обеспечения.

No.	Operator	Level
1	admin	Administrator

User

Operator:

Password:

Confirm Password:

Level: Administrator

Add Save Cancel Delete Edit

Информация о пользователе: Введите информацию о пользователе после нажатия кнопки «Добавить».

Оператор: Введите имя оператора.

Пароль: Введите пароль.

Подтвердите пароль: Введите пароль еще раз.

Уровень: Выберите полномочия оператора.

Кнопка «Добавить»: Нажмите эту кнопку, чтобы подготовить добавление нового пользователя.

Кнопка «Сохранить»: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить пользователя в списке пользователей после ввода информации о пользователе.

Кнопка удаления: Нажмите эту кнопку, чтобы удалить выбранного пользователя из списка пользователей.

Кнопка отмены: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.

Изменить: Нажмите эту кнопку, чтобы изменить пароль.

6.6.7. Формат отчёта

Этот экран позволяет задать условия для распечатки результата измерения в формате отчета.

No.	Test Name	Type
1	ALT	Routine Test
2	TP	Routine Test
3	Calc	Calculated Test

Порядок печати: Отобразите порядок печати в отчете.

Название отчета: Введите перед отчетом, включая первую и вторую строки заголовка.

Примечания к отчету: Введите примечания к отчету.

Формат отчета: Выберите формат отчета для печати и автоматической печати расчётного теста.


Кнопка «Сохранить»: Нажмите эту кнопку, чтобы сохранить конфигурацию.

Кнопка «Отмены»: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить любое изменение.

6.6.8. Порядок тестов

Это окно позволяет вам установить порядок проведения теста, чтобы предотвратить перенос различных реагентов. Этот порядок также является порядком отображения на тестовых клавишах.

Нажмите кнопку “Вверх” или “Вниз”, чтобы изменить порядок.



6.6.9. ЛИС

Это окно позволяет вам настроить основные параметры ЛИС.

Profile Settings Calculated Test Print Test Dictionary Special Wash User Setting Report Format

Test Order LIS

Mode Unidirection Bidirection

Automatically Send Results

Automatically Connect To LIS When Started

Timeout 30 TimeOut Alarm

For Existed Sample Overwrite

TCP/IP

IP Address 127 . 0 . 0 . 1

Port 50001

RS 232

Port COM1

Baud Rate 9600

Parity None

Data Length 8

Stop Bits 1

Test Code On LIS

No	Test Name	Code On LIS
1	ALT	0
2	TP	0
3	Calc	0

Save Cancel Connect Disconnect

Code 0 Set

Программное обеспечение отправляет результаты в ЛИС по стационарным линиям связи или интерфейсу RS232 и обменивается данными проб и результатами с сервером ЛИС по протоколу HL7. В этом окне вы можете настроить режим однонаправленной или двунаправленной передачи по интерфейсу TCP/IP или RS232.

6.7. Условия запуска

Это окно позволяет вам задать условия начала анализа. При запуске анализа проверьте условия запуска анализа, а затем нажмите кнопку "Пуск".

The screenshot shows the 'Start Condition' window with the following settings:

Section	Parameter	Value
System Status	Cuvette Temperature	0
	DI Water	Normal
	Waste Water	Normal
	Detergent	Normal
Test Information	Total Samples	0
	Blank Tests	0
	Calibration Tests	0
	Control Tests	0
	Routine Tests	0

Buttons on the right: Start, Masking, Return.

Статус системы:

Температура кюветы: Отображение температуры реакционных ячеек в режиме реального времени.

Вода DI: отображение состояния воды DI, нормального или недостаточного.

Отходы: отображение состояния (норма или полный) жидких отходов.

Детергент: Отображение состояния моющего средства.

Информация по тестам:

Общее количество образцов: отображение общего количества зарегистрированных образцов.

Тест Бланка: отображение количества зарегистрированных тестов Бланка.

Калибровочные тесты: Отображение количества зарегистрированных калибровочных тестов.

Контрольные тесты: Отображение количества зарегистрированных тестов контроля качества.

Рутинные тесты: Отображение количества зарегистрированных рутинных тестов образца.

6.8. Остановка дозирования образца и остановка измерений



Нажмите эту кнопку, анализатор прекратит отбор проб, и, после подтверждения, продолжит тестирование. Вы можете продолжить дозирование, нажав кнопку "Условия запуска".



Нажмите эту кнопку, анализатор, после подтверждения, немедленно перестанет работать.

6.9. Статус

6.9.1. Статус образца

Это окно позволяет вам в любое время просмотреть состояние диска образцов и освободить позицию образца после завершения тестирования. Щелкните позицию, чтобы отобразить ее информацию справа.

The screenshot shows the 'Status' window with the following elements:

- Navigation tabs: Sample Status, Reagent Status, Reaction Status, Cells Blank Status.
- Position: 1
- Type: Empty
- Legend for sample status:
 - Idle (white circle)
 - Registered (cyan circle)
 - Analyzing (purple circle)
 - Finished (dark purple circle)
 - Empty (white circle)
 - Routine (green circle)
 - Stat (red circle)
 - Control (blue circle)
 - Calibrator (yellow circle)
 - Insufficient (grey circle)
- Table with columns: Test, Concentrat..., Status.
- Buttons: Refresh, Release.

Количество позиций для образцов в AS-480 равно 120.

Пустой: позиция пуста. Нет заказа для анализа.

Зарегистрировано: Позиция уже зарегистрирована для измерения образца, калибратора или контроля качества.

Анализ: В позиции анализируется образец, калибратор или контроль качества.

Завершён: В позиции завершены измерения образца, калибратора или контроля качества.

Пусто: Позиция пуста, ничего не размещено.

Обычная: Позиция определена для обычной пробы.

Стат.: Позиция определена как срочная проба.

Контроль: Позиция определена как контроль качества.

Калибратор: Позиция определена как калибратор.

Недостаточно: В этой позиции жидкости недостаточно. Если это образец, система замаскирует все тесты этого образца и выдаст сигнал в окне «Ошибка». Если это контроль качества, система замаскирует все тесты этого контроля качества и выдаст сигнал в окне «Ошибка». Если это калибратор, система замаскирует все тесты этого образца и выдаст сигнал в окне «Сигнал».

После заполнения жидкостью, нажав кнопку «Обновить», система продолжит проведение этих тестов.

Кнопка обновления: Нажмите эту кнопку, чтобы обновить объем жидкости после заполнения, система продолжит анализ тестов.

Кнопка освобождения позиции: Нажмите эту кнопку, чтобы освободить позицию, в противном случае она не может быть зарегистрирована новым образцом, контролем качества или калибратором.

6.9.2. Статус реагента

Это окно позволяет вам в любое время просмотреть состояние диска с реагентами. Щелкните по позиции, чтобы отобразить информацию о ней справа. Количество позиций для реагентов в AS-480 равно 90.

Position	Test Name	Reagent Type	Available
1	ALT	R1	139
2	AST	R1	318
3	ALP	R1	318
4	CHE	R1	254
5	GGT	R1	318
6	AFU	R1	318
7	DBIL	R1	318
8	TBIL	R1	318
9	TBA_X	R1	303
10	TBA_M	R1	318
11	TP	R1	212
12	ALB	R1	212
13	CRE_K	R1	318
14	CRE_M	R1	353
15	UREA	R1	424
16	UA	R1	318
17	MALB	R1	318
18	CHOL	R1	254
19	TG	R1	254
20	HDL_C	R1	282
21	LDL_C	R1	282
22	AppA1	R1	318

Состояние реакции:

- Пусто: позиция пуста.
- Норма: Реагент в норме.
- Недостаточно: Реагента недостаточно, и система замаскирует все тесты с использованием этого реагента. После заполнения реагента, нажав кнопку Обновить, система сделает это снова.

Позиция: Отображение номера выбранной позиции.

Название теста: Отображение названия теста для выбранной позиции.

Тип реагента: Отображение типа реагента: R1, R2, разбавитель или моющее средство.

Доступные тесты: Отображение доступных тестов для оставшегося флакона с реагентом, которые рассчитываются автоматически.

Оставшийся объем (UL): Отображает оставшийся объем флакона с реагентом, рассчитанный автоматически.

Дата истечения срока годности: Отображение даты истечения срока годности флакона с реактивом.

Штрих-код: отображение штрих-кода флакона с реагентом.


Размер флакона: Отображение размера флакона с реагентом.

Дата открытия: Отображение даты открытия флакона с реактивом.

Обновление объема: Нажмите эту кнопку, чтобы обновить объем реагента после заполнения, система продолжит анализ тестов.

6.9.3. Статус реакции

Это окно позволяет вам в любое время просмотреть статус реакций в выбранной позиции. Щелкните позицию, чтобы отобразить ее информацию справа.



Температура: Отображение температуры реакционной таблицы в режиме реального времени.

Кнопка "Бланк кюветы": Нажмите эту кнопку, чтобы открыть окно "Бланк кювет". В этом окне вы можете просмотреть бланк выбранной кюветы за последние 10 измерений.

Позиция: Отображение номера выбранной позиции.

Идентификатор образца: Отображение выбранного ID образца.

Название теста: Отобразите название выбранного теста на реакцию.

Статус реакции

Ожидание: Кювета вымыта и не занята.

Режим ожидания: Кювета чиста, проверка бланка пройдена.

R1: Дозирование первого реагента.

R1+S: Дозирование образца.

R1+S+R2: Дозирование второго реагента.


Завершено: Измерение завершено с вычислением результатов.

Ошибка проверки среднего значения: Кювета является ненормальной из-за ошибки проверки среднего значения. Система не использует эту кювету.

Ошибка проверки Абс: Кювета неисправна из-за ошибки проверки поглощения. Система не использует эту кювету.

6.9.4. Статус Бланка кювет


Это окно позволяет вам в любое время просмотреть статус бланка кювет.



Вы можете нажать кнопку обновить, чтобы обновить статус бланка.

6.10. Сигналы ошибок

Если сигнал ошибки вызван какой-либо неисправностью, в этом окне отображается подробное описание сигнала (уровень сигнала, название сигнала и время возникновения), а также его причина и способы устранения. Закройте окно после проверки деталей ошибок и принятия необходимых мер.



Время: Выберите время начала и окончания поиска.

Уровень: Выберите уровень ошибок измерения, который вы готовите для поиска: предупреждение, S. STOP (остановка выборки), STOP (остановка), Все.

Список ошибок: для каждого сигнала отображается следующее:

Уровень: Сигналы прибора подразделяются на четыре уровня: предупреждение, S. STOP (остановка отбора проб), STOP (остановка)

Ошибка: Отображение названия сигнала ошибки.


Время: Отображение времени возникновения сигнала ошибки

Подробная информация: Для сигнала ошибки, выбранного в списке, отображается подробное описание и меры по устранению неполадок.

Кнопка возврата: Нажмите эту кнопку, чтобы закрыть это окно.


6.11. Выключение

Нажмите кнопку “Завершить работу”, чтобы выполнить завершение работы прибора.



- Промыть кюветы: Нажмите эту кнопку, чтобы выйти из программы после промывки кювет.
- Выключение: Нажмите эту кнопку, чтобы немедленно выключить устройство.
- Отмена: Нажмите эту кнопку, чтобы отменить завершение работы компьютера и выйти из текущего окна.


6.12. Выход из системы



Нажмите кнопку "Выйти", чтобы открыть окно подтверждения, нажмите "OK", чтобы выйти из системы текущего пользователя, или нажмите "Отмена", чтобы остаться в системе.

6.13. Информация о версии ПО

Нажмите кнопку "О программе", чтобы отобразить название продукта, версию программного обеспечения, IP-адрес, информацию о производителе и т.д.



Нажмите "Информация о компьютере", чтобы открыть информацию о машине. Когда вы открываете программное обеспечение в первый раз, вам необходимо ввести ключ авторизации, чтобы активировать устройство.

7. Сервис и техническое обслуживание



Предупреждение!

Перед проведением технического обслуживания необходимо вынуть вилку из сетевой розетки.

Следующее техническое обслуживание выполняется оператором.



Предупреждение

- Не разбрызгивайте воду, реагенты, чистящие средства и другие жидкости на механические или электрические части прибора, чтобы не повредить его.
- В ходе измерений, пожалуйста, не прикасайтесь к механизму подачи пробы и реагентов, механизму смешивания, механизму очистки реакционных кювет, в противном случае существует риск заражения или травмы.
- При проведении работ по техническому обслуживанию оператор должен принимать профилактические меры, необходимо надевать защитные перчатки, спецодежду. В противном случае он может подвергнуться инфицированию, а также, контакту с агрессивной жидкостью и повреждению кожи. При случайном попадании загрязнений или едкой жидкости на тело немедленно промойте его водой и проведите дезинфекцию.

7.1. Продувка воздухом

Выполните продувку воздухом в окне технического обслуживания. Когда вы проводите анализ в первый раз или анализатор долгое время находится в режиме ожидания, пузырьки воздуха попадают в дозирующую трубку, выполните продувку воздухом, чтобы избавиться от этих пузырьков воздуха, жидкостной канал заполнится новой водой.

7.2. Проверка шприца

Вы увидите шприцевой насос в нижней части анализатора. Проверьте, не протекает ли шприц, если протекает, затяните заворачивающийся коннектор. Если утечки все еще продолжаются, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки.



7.3. Дозатор реагентов и Дозатор проб

Внутри и снаружи игла дозатора подвергается загрязнению от сыворотки и реагентов, что влияет на результаты измерений образцов. Поэтому необходима регулярная проверка и своевременная чистка.

- (1) автоматическая промывка 3 раза в день.
- (2) очистка наконечника дозатора один раз в неделю
 - (a) Выньте вилку из розетки.
 - (b) После выгрузки диска с образцами и диска с реагентами соответствующий дозатор переводится в полость для ротора образцов/реагентов.
 - (c) Ватным тампоном, смоченным в спирте, протрите внешнюю стенку иглы дозатора.
 - (d) Ватным тампоном, смоченным в чистой воде, протрите внешнюю стенку зонда.
 - (e) Еще раз нажмите на кнопку обслуживания Сброс/(инициализация), дозатор пробы, дозатор реагентов автоматически вернутся в исходное положение.



Внимание: Огнеопасно!



Спирт легко воспламеняется, использовать его нужно очень осторожно!



Биологическая опасность

При очистке иглы дозатора надевайте перчатки, например, при попадании жидкости на кожу, необходимо немедленно промыть пораженные участки кожи спиртом, и, далее необходимо следовать стандартной процедуре лабораторной безопасности и, при необходимости, проконсультироваться с врачом.

7.4. Реакционный диск

Если реакционная кювета загрязнена, это может привести к тому, что результаты теста будут неточными. Реакционная кювета после длительного использования будет загрязняться, поэтому следует регулярно её очищать и раз в неделю проверять бланк кюветы, при появлении аварийного сигнала об ошибке бланка следует незамедлительно заменить реакционную кювету.

(1) Очистка реакционной кюветы

В меню обслуживания нажмите "промыть кюветы (все)".

(2) Выполнение измерения бланка кювет

В меню обслуживания щелкните "Бланк кювет";

После получения значений бланка кювет снова промойте реакционные кюветы, а затем повторно протестируйте бланк кювет. Если после промывки возникает сигнал ошибки, следует заменить реакционную кювету.

(3) Замена реакционной кюветы

Выключите анализатор.

Наденьте резиновые перчатки, открутите винты.

Поверните реакционный стол вручную, затем извлеките загрязнённую реакционную кювету. Замените её на новую реакционную кювету, обратите внимание, что стенка кюветы не поцарапана.

(4) Включите выключатель питания анализатора.

(5) В меню обслуживания дважды щелкните по кнопке «Бланк кювет».

**Внимание!**

Если в процессе тестирования происходит аварийная остановка, реакционные кюветы следует очистить вручную.

**Внимание!**

Категорически запрещается использовать органические растворители (бензол, спирт и т.д.) для очистки или замачивания реакционной кюветы.

7.5. Миксер

Если лопатка миксера загрязнена, это приведет к перекрестному загрязнению, что повлияет на точность результатов теста. Поэтому его следует регулярно очистить. Кроме того, если венчик погнут, его следует заменить. Раз в неделю.

- Протрите лопатку миксера салфеткой, смоченной в спирте;
- Также, используйте губку, смоченную в чистой воде, чтобы протереть лопатку миксера.

**Внимание!**

В процессе очистки лопатки миксера не сгибайте её.

**Внимание: Огнеопасно**

Спирт легко воспламеняется, использовать его нужно очень осторожно!

**Биологическая опасность:**

При очистке лопатки миксера надевайте перчатки, например, при попадании на кожу образца или реагента, необходимо немедленно промыть спиртом этот участок кожи и, далее, соблюдайте стандартные лабораторные процедуры безопасности и проконсультируйтесь с врачом.

7.6. Ротор для реагентов и ротор для образцов

Роторы для реагентов и образцов, по мере испытаний, будут загрязнены образцами, реагентами и пылью, поэтому их следует чистить раз в месяц.

7.7. Поверхность анализатора

По окончании рабочего дня протрите поверхность прибора марлей, смоченной в разбавленном промывающем растворе.

8. Поиск и устранение неисправностей

В этой главе описываются различные типы ошибок приборов, которые могут возникать, анализируются причины сбоев и предлагается соответствующий метод обработки.



Биологическая опасность

- *Неправильное обращение с тестируемым раствором, раствором для отходов может привести к биологически опасной инфекции. Не прикасайтесь к тестируемому раствору, раствору для отходов руками. При необходимости наденьте перчатки и лабораторный халат, а также защитные очки.*
- *В случае контакта вашей кожи с тестируемым раствором или отходами, следуйте стандартным лабораторным процедурам безопасности и проконсультируйтесь с врачом.*



Внимание

В качестве основы для устранения неполадок технического обслуживания необходимо отключить питание, вынуть вилку из розетки. В условиях запуска прибора существует риск удара электрическим током и повреждения электрических компонентов, которые должны контролироваться профессиональным персоналом.

Прибор должен использоваться при допустимых значениях напряжения питания, в противном случае наша компания не несет ответственности за ущерб, причиненный прибором.



Примечание

В случае неудачного анализа образцов результаты анализа могут быть неверными. Если в процессе анализа образца произошел сбой, необходимо проанализировать образец повторно, после устранения неисправности.

Предупреждение: Касание движущихся частей



Прикосновение руки к вращающемуся вентилятору может привести к травме. Во включенном состоянии: не прикасайтесь к вентилятору. Если вы хотите почистить вентилятор, пожалуйста, обязательно выключите ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ прибора.

8.1. Замена деталей

Следующие операции выполняются сервисным инженером.



Предупреждение

Перед проведением технического обслуживания необходимо вынуть вилку из сетевой розетки.

8.2. Проявление неисправности и её устранение

Нижеследующие операции выполняется оператором.

Неисправность	Вероятные причины→ Действия по устранению
Прибор не работает или индикатор питания не горит	Розетка питания неисправна или плохой контакт → Повторно подключите и закрепите розетку и кабель питания. Кабель питания повреждён или контакт отсутствует→ Повторно подключите и закрепите кабель питания.
Ошибка связи	СЕТЕВОЙ кабель неисправен или плохой контакт → Повторно подключите и закрепите сетевой кабель. Сильные электромагнитные помехи→ Повторно подключите сетевой порт на стороне рабочего компьютера и перезапустите программное обеспечение.
Дозирующая игла пропускает воду	1. Воздух попал в дозирующую трубку→ Выполните продувку воздухом в окне технического обслуживания
Перелив воды на моющем модуле	Ёмкость для отходов заполнена→ Слейте жидкие отходы. Трубка для слива отходов перегнута или засорена →Замените трубку для сбора отходов и убедитесь, что она не согнута и не засорена.
Средняя ошибка проверки реакционной кюветы	Кювета загрязнена →Выполните промывку кювет в окне технического обслуживания. На поверхности кюветы слишком много царапин→ Замените на новую реакционную кювету.
Ошибка проверки Абс. реакционной кюветы	Кювета загрязнена →Выполните промывку кювет в окне технического обслуживания. На поверхности кюветы слишком много царапин→ Замените на новую реакционную кювету.
Датчик уровня жидкости дозатора неисправен	1. Заземление розетки питания выполнено неправильно→ убедитесь в правильности заземления.


8.2.1. Замена лампы

После подтверждения того, что лампа повреждена или используется в течение двух лет, ее необходимо заменить, и выполните следующие действия:

- Выньте вилку из розетки, подождите 15 минут, пока лампа остынет;
- Откройте переднюю панель приборной панели и верхнюю панель, чтобы получить доступ к разъёму лампы и отсоединить его.



- Открутив винты, фиксирующие корпус лампы, снимите лампу.



- Вставьте новую лампу в держатель и зафиксируйте её винтами для фиксации.
- Подключите разъём питания лампы.
- Установите переднюю панель прибора и верхнюю панель прибора.



Внимание: Ожог



При касании лампы вы можете получить ожог. Если вам нужно заменить лампу, пожалуйста, выключите ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ прибора и замените лампу после её охлаждения.

8.2.2. Замена иглы Дозатора

При замене иглы для отбора проб и реагентов выполните следующие действия:

- Сначала откройте крышку Дозатора



- Отсоедините контакты: красный и черный;
- Открутите винт фиксирующего штифта;
- Отсоедините трубку от датчика и извлеките иглу;
- Поместите новую иглу, подключите трубку;
- Затяните винт фиксирующего штифта;
- Штекерные контакты розетки вставьте в красный и черный разъемы соответственно.
- Закройте крышку дозатора.



Предупреждение: Инфицирование при касании



Контакт с механизмом дозирования и перемешивания, и моющим модулем может привести к заражению или травме.



Функция обслуживания показывает, находится ли прибор в состоянии остановки. Пожалуйста, наденьте резиновые перчатки. Если образец и реагент попали на кожу, немедленно промойте их водой и продезинфицируйте. При необходимости, обратитесь к врачу.

8.2.3. Замена реакционной кюветы

Реакционная кювета может быть загрязнена или изношена, Это проявится при измерении бланка кювет, если проявится ошибка бланка кювет и, после очистки, ситуация по-прежнему не улучшается, рекомендуется заменить кювету.

8.2.4. Замена предохранителя

- Выключите источник питания и выньте вилку из розетки;
- Отсоедините шнур питания от входной розетки прибора и выньте держатель предохранителя;
- Извлеките поврежденный предохранитель и вставьте новый предохранитель в держатель, а затем снова вставьте вилку в розетку питания;
- Подсоедините вилку питания.



Внимание

Необходимо использовать предохранитель одного номинала, в противном случае это может легко привести к повреждению прибора.

Номиналы и характеристики предохранителей

Напряжение	Предохранитель
(AS-480-1) 230 В	F5AL250B
(AS-480-2) 110 В	F5AL250B

8.3. Перечень деталей, поставляемых производителем

Материнская плата	Шаговый двигатель	Трубка для слива отработанной жидкости
Плата драйверов	Датчик отходов	Трубка для дистиллированной воды
Плата для обнаружения жидкости	Датчик дистиллированной воды	Лампа
Реакционная кювета	Шнур питания	Кабель локальной сети
Ёмкость для отходов	Флакон с реагентом	Дозатор

8.4. Список приборов и компонентов для технического обслуживания прибора

№	Позиции проверки	Содержание	Спецификации
1	Электропитание	Напряжение питания прибора совпадает с рабочим напряжением. Измерительное оборудование- Мультиметр	(AS-480-1) AC230В+10% 50Гц 1000ВА (AS-480-2) AC110В+10% 50/60 Гц/1000ВА
2	Заземление	Надежность защитного заземления металлического корпуса.	
3	Сливная трубка	Сливная трубка не должна быть изогнута и не должна окунается в сточную жидкость.	
4	Проверка необходимого пространства	Для подтверждения необходимого пространства доступа к анализатору.	
5	Проверка протечек	Дренаж плавный, утечка оборудования не обнаружена.	
6	Работоспособность каждой детали	Подтвердить работоспособность каждого узла: Механизма промывки кювет Механизма перемешивания (миксера) Механизм Дозатора Шприц Реакционный диск Ротор для реагентов/образцов	

Другие механические детали			
7	Подтверждение источника питания постоянного тока	Условие определения: Проверка контрольных точек напряжения постоянного тока Измерительное оборудование: Мультиметр	
8	Температура реакции	Проверьте изменение температуры в программном интерфейсе	37 + 0.1 °C
9	Температура хранения реагентов	Ротор с реагентами должен быть охлажден	
10	Бланк кювет	Проверьте значения бланка кювет в интерфейсе обслуживания	
11	Определение производительности	Протестируйте методы АЛТ и ОБ, повторите 20 раз.	АЛТ: Величина CV менее 2.5% ОБ: Величина CV менее 1,5 %
12	Внешний вид	Инструмент не должен иметь царапин, локальной деформации и других дефектов; Соединение крепежных элементов должно быть прочным и надежным, не должно ослабевать и отваливаться.	

8.5. Список инструментов:

Название	Спецификации	Количество
Шестигранный ключ	1.5	1
Шестигранный ключ	2	1
Шестигранный ключ	2.5	1
Шестигранный ключ	3	1
Шестигранный ключ	4	1
Шестигранный ключ	5	1
Шестигранный ключ	6	1
Крестообразная отвертка	PH0	1
Крестообразная отвертка	PH1	1
Крестообразная отвертка	PH2	1



Внимание

Инструменты для снятия защитных панелей корпуса прибора, должны храниться у инженера по обслуживанию оборудования.

9. Транспортировка и хранение

9.1. Транспортировка

Автоматический биохимический анализатор в упаковке, в соответствии с требованиями договора перевозки, в процессе транспортировки не должен подвергаться сильным ударам, дождю и другим воздействиям окружающей среды. Анализатор не должен транспортироваться с токсичными, вредными и коррозионными веществами.

Условия транспортировки автоматического биохимического анализатора следующие: ограничение температуры $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, ограничение влажности $5\% \sim 93\%$, ограничение атмосферного давления $86 \text{ кПа} \sim 106 \text{ кПа}$.


9.2. Хранение

Условия хранения автоматического анализатора химического состава следующие: ограничение температуры $-40^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$, ограничение влажности $5\% \sim 93\%$, ограничение атмосферного давления $86 \text{ кПа} \sim 106 \text{ кПа}$, отсутствие агрессивных газов, хорошая вентиляция. Не должен храниться вместе с токсичными, вредными и коррозионными веществами.

10. Приложение 1. Методы расчета

10.1. 1-точечная конечная точка

Анализ с 1 конечной точкой, в котором поглощение измеряется в определенной фотометрической точке (конкретный момент времени, когда реакция достигает равновесия) после добавления реагентов. Приведенный ниже рисунок объясняет метод точечного анализа.



(a) Настройки метода: Анализ/точка - ввод конечная точка E

$$(1 < E < 33)$$

(b) Расчет поглощения:

$$Ax = \frac{A_E + A_{E-1}}{2}$$

(c) Расчет концентрации (тип калибровки линейный):

$$C_x = \{KX(Ax - B) + C_1\} \times IFA + IFB$$

C_x : концентрация готовой пробы

C_1 : Концентрация стандартного раствора 1 (бланк реагента)

K : Фактор

B : Поглощение бланка


IFA и IFB : Приборные константы, представляющие наклон и пересечение

(d) Методы анализа:

ОБ, Альбумин в сыворотке, и т.д.

10.2. 2-х точечная конечная точка (Бланк по образцу)

Анализ методом 2 конечных точек - анализ, при котором измерение производится дважды в разных точках для получения разницы в поглощении. Одна точка измеряется как начальная реакция, другая точка измеряется, когда реакция достигает конечной точки или равновесия. Разница между коэффициентом поглощения двух фотометрических точек используется для расчета концентрации образца. Приведенный ниже рисунок объясняет конечный анализ по 2 точкам:



(a) Настройка метода:

Анализ/Точка: ввод | 2 Конечных точки: S E

$$1 < S < 17 < E < 33$$

(b) Расчет поглощения

Используется разница между средним значением поглощения в точках измерения E и E-1 и средним значением в точках измерения S1.

$$A_x = \frac{(A_E + A_{E-1}) - k(A_S + A_{S-1})}{2}$$

$$k = \frac{S + \sum_{j=1}^a R_j}{S + \sum_{i=1}^b R_i}$$

a: Поглощение измерения A_s

b: Поглощение измерения A_e

(c) Расчет концентрации (тип калибровки линейный):

$$C_x = \{K_x (A_x - B) + C1\}_x IFA + IFB$$

C_x: концентрация готовой пробы

C1: Концентрация стандартного раствора 1 (бланка реагента)

K: Фактор

B: Поглощение бланка


IFA и *IFB*: Приборные константы, представляющие наклон и пересечение

(d) Методы анализа

СРБ, АСО, аналог ретинола и т.д.

10.3. Фиксированное время

Измерение производится дважды в разных точках измерения (две точки не являются ни начальной, ни конечной точкой измерения), чтобы определить изменение поглощения для расчета концентрации пробы. Приведенный ниже рисунок объясняет анализ с фиксированным временем.



(a) Настройка метода:

Анализ/Ввод точек: Фиксированное время S E

Одиночный реагент: $1 < S < E < 33$

Двойной реагент: $1 < S < 17 < E < 33$

Расчет поглощения:

Разница между точкой измерения E и точкой в точке измерения S

$$Ax = Ae - As$$

Расчет концентрации (тип калибровки линейный):

$$Cx = \{K \times (Ax - B) + C1\} \times IFA + IFB$$

Cx: Концентрация готовой пробы

C1: Концентрация стандартного раствора 1 (холостая проба для реагентов)

K: Фактор

B: Поглощение бланка


IFA и *IFB*: Приборные константы, представляющие наклон и пересечение.

Методы измерения:

Мочевина, Креатинин и т.д.

10.4. Кинетический метод

Концентрация или уровень активности определяются по изменению поглощения между указанными точками измерения. Приведенный ниже рисунок объясняет кинетический анализ.



(a) Настройка метода:

Анализ/точка: ввод Кинетический S E

Одиночный реагент: $1 < S < E < 33$

Двойной реагент: $1 < S < 17 < E < 33$

(b) Расчет поглощения:

Изменение коэффициента поглощения в минуту между точками измерения S и E получено методом наименьших квадратов

$$Ax = \Delta A_{S-E} / \text{min}$$

Расчет концентрации (тип калибровки линейный):

$$Cx = \{K \times (Ax - B) + C1\} \times IFA + IFB$$

Cx: Концентрация готовой пробы

C1: Концентрация стандартного раствора 1 (бланк реагента)

K: Фактор

B: Поглощение бланка

IFA и IFB: Приборные константы, представляющие наклон и пересечение.

Методы измерения:

АСТ, АЛТ, и т.д.

11. Приложение 2. Тип калибровки

Пояснение:


- **Расчетное значение:** Значение, которое вычисляется автоматически машиной.
- **Измеренное значение:** значение, измеренное машиной
- **Входное значение:** Значение, введенное пользователем.

Рекомендации:

- Для анализа конечной точки — поглощение, измеряется при использовании одной длины волны, при использовании двойной длины волны рассчитывается разница в поглощении между первичной и вторичной длиной волны.
- Для кинетического анализа это изменение оптической плотности за минуту времени тестирования.
- Для анализа с фиксированным временем это разница в поглощении между последней точкой и первой точкой в течение времени тестирования.
- Для анализа с 2-мя конечными точками это разница в поглощении между первой стадией (образец) и второй стадией (бланк образца).

Для получения более подробной информации, пожалуйста, обратитесь к методу расчета в приложении 1.

11.1. Линейный 1-точечный метод



• Формула калибровки

$$Cx = Kx(Ax - B)$$

Cx: (расчетное значение) концентрации образцов.

Ax: (измеренное значение) поглощения образцов.

B: (измеренное значение) значение *Ax* бланка реагента, если раствор представляет собой воду, равно нулю.

K: (входное значение) значение, введенное в диалоговом окне настройки метода.

- Отображение на дисплее:

B, K будут отображены на экране результатов калибровки.

11.2. Линейный 2-точечный метод



- Формула калибровки

$$C_x = K \times (A_x - B)$$

$$K = \frac{C_1}{A_1 - B}$$

C_x : (расчетное значение) концентрации образцов.

A_x : (измеренное значение) A_x образца.

B : (измеренное значение) A_x бланка реагента, если раствор представляет собой воду, равно нулю.

K : (расчетное значение), рассчитанное после калибровки.


C_1 : (входное значение) концентрации стандарта 1.

A_1 : (измеренное значение) соответствует стандарту 1.

- Отображение на дисплее:

B , K будут отображены на экране результатов калибровки.

11.3. Линейный многоточечный метод



- Формула калибровки

$$B = \bar{A} - \frac{X \times \bar{Cr}}{Y}$$

$$K = \frac{Y}{X}$$

$$X = \sum_{i=0}^{n-1} (Cri - \bar{Cr}) \times (Ai - \bar{A})$$

$$Y = \sum_{i=0}^{n-1} (Cri - \bar{Cr})^2$$

$$\bar{A} = \left(\sum_{i=0}^{n-1} Ai \right) / n$$

$$\bar{Cr} = \left(\sum_{i=0}^{n-1} Cri \right) / n$$

$$C_x = K \times (A_x - B)$$

C_x: (расчетное значение) концентрация образца.

A_x: (измеренное значение) *A_x* образца.

B: (расчетное значение) параметров калибровочной формулы.

K: (расчетное значение) параметров калибровочной формулы.

C_i: (входное значение) концентрации стандарта *i*.


A_i: (измеренное значение) *A_x* стандарта *i*.

n: (входное значение) количество значений калибратора, введенное в диалоговом окне настройки калибровки. Оно должно быть в пределах 3-8.

- Отображение на дисплее:

B, *K* будут отображены на экране результатов калибровки

11.4. Линейный график



- Формула калибровки

$$C_X = K_N \times (A_X - A_N) + C_N$$

$$K_N = \frac{C_{N+1} - C_N}{A_{N+1} - A_N}$$

$$N = [0, n - 2]$$

C_X : (расчетное значение) концентрации образцов.

A_X : (измеренное значение) A_X образцов.

A_{n+1} : (измеренное значение) A_X калибратора $n+1$.

A_n : (измеренное значение) A_X калибратора n .


C_{N+1} : (входная величина) концентрации калибратора $n+1$.

C_N : (входная величина) концентрации калибратора n .

K_n : (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

n : (входная величина) - количество значений калибратора, введенное в диалоговом окне настройки калибровки. Оно должно быть в пределах 3-8.

11.5. Логит Лог ЗР



- Формула калибровки

$$A_X = B + \frac{K}{1 + aC_X}$$

C_X : (расчетное значение) концентрации образцов.

A_X : (измеренное значение) A_X образца.

B : (расчетное значение) параметр формулы калибровки.


K : (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

a : (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

- Отображение на дисплее

B , K , a будут отображены на экране результатов калибровки

11.6. Логит Лог 4P



- Формула калибровки

$$A_x = B + \frac{K}{1 + aC_x^b}$$

Sx: (расчетное значение) концентрация образца.

Ax: (измеренное значение) *Ax* образца.

B: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

K: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.


a: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

b: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

- Отображение на дисплее:

B, *K*, *a*, *b* будут отображены на экране результатов калибровки

11.7. Логит Лог 5P



- Формула калибровки

$$A_x = B + \frac{K}{1 + \exp(-a - b \times \ln C_x - c \times C_x)}$$

Sx: (расчетное значение) концентрация образца.

Ax: (измеренное значение) *Ax* образца.

V: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

K: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

a: (расчетное значение) параметр формулы калибровки


b: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

c: (расчетное значение) параметр формулы калибровки

• Отображение на экране:

V, K, a, b, c будут отображены на экране результатов калибровки

11.8. Экспоненциальный



• Формула калибровки

$$A_x = B + K \times \exp\{a \times (\ln C_x) + b \times (\ln C_x)^2 + c \times (\ln C_x)^3\}$$

S_x: (расчетное значение) концентрация образца.

A_x: (измеренное значение) *A_x* образца.

B: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

K: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

a: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.


b: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

c: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

• Отображение на экране

V, K, a, b, c будут отображены на экране результатов калибровки.

11.9. Сплайн



- Формула калибровки

$$A_x = a(I) + b(I) \times (C_x - C(I) + c(I)) \times (C_x - C(I)^2) + d(I) \times (C_x - C(I))^3$$

$$I = [0, n - 2]$$

C_x: (расчетное значение) концентрация образца.

A_x: (измеренное значение) *A_x* образца.

C(I): (входное значение) концентрация стандарта *I*.

K_n: (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

a(I): (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

b(I): (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

c(I): (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

d(I): (расчетное значение) параметр формулы калибровки.

n (входное значение) количество значений стандарта, введенное в диалоговом окне настройки метода. Оно должно быть в пределах 5-8.

Сервисная поддержка:

ООО «ДИАВЕТ»
142290, МО, г. Пущино, мкр. АБ, д. 22, пом. 3

Телефон: +7 499 130-05-25 доб. 56-98
E-mail: service@diakonvet.ru



E-LAB Biological Science & Technology Co., Ltd.

Building 9, No. 1 Kechuang Road, Yaohua Street, Qixia District, Nanjing City, Jiangsu Province, 210046, China



Tel: +86-025-83269256 Fax: +86-025-83269255 Riomavix S.L.

Calle de Almansa 55, 1D, Madrid 28039 Spain